

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	21177341	__, conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Piese p/u utilaj medical – 2024	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
6. Reductor de presiune (Oxygen)	Reductor oxigen medicinal	Germania	GCE	Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 Nr.9, G3/4". Presiune de intrare 300-10bar. Presiune de ieșire 4,5 (±0,5) bar. Flux de ieșire 0-250L/min. Ieșire cu ajustare de flux p/u mască 0-30L/min. Ieșire standard DIN 13260-2 p/u conectare ventilator.	Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 Nr.9, G3/4". Presiune de intrare 300-10bar. Presiune de ieșire 4,5 (±0,5) bar. Flux de ieșire 0-250L/min. Ieșire cu ajustare de flux p/u mască 0-30L/min. Ieșire standard DIN 13260-2 p/u conectare ventilator.	

Semnat: Electronic
În calitate de: Administrator

Numele, Prenumele: Rischitor Victor
Ofertantul: Mixoff Trade SRL

Adresa: Chisinau, str. Florilor 28/2
05.03.2024

