

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1674034666637** din **08.02.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie (repetat) conform Caietului de sarcini**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Piesă turbină	GALAXY TURBINE for KaVo®: A015TKL/ KaVo® coupling OPTIC : AC200	GERMANY	NWT Dental GmbH	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa minim 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.2 mm x H maxim 13.1 mm. , cu lumină de max. 40000 lux. , puterea maxim 28 W , viteza de rotație 310,000~370,000 rpm, nivel zgomot maxim 55 db , greutatea maxim 56 gr , 4 jeturi de apă Quattro Spray , să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., da cuplă lubrifiere cap piesă, da perie de curățare cap piesă – 1 buc., da ac de curățat cap piesă – 1 buc., da cheie cuplă – 1 buc., da elastic pentru cuplă – 4 buc., da termen de garanție la piesa 12 luni Body Material : Stainless Steel Ball bearing : Ceramic	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de:

Ofertantul: _____ Adresa: _____