

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.]

Numărul procedurii de achizitie ocde-b3wdp1-MD-1678459857290 din 24.03.2023

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2023 (repetat)

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lotul 1 Menținerea preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale din Secția Medicina de Familie, Secția reabilitare medicală și medicină fizică, Secția Consultativ Diagnostic, Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Secția Igienă și Epidemiologie, Laboratorul bacteriologic și igienic.	-	-	-	1)Mențință corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împănțare. 3) Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priză. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivului pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interior și exterior unității folosită aspiratorului. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiției fizice a electronilor, senzorilor, sondelelor și alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standardelor și cerințelor din manualul de utilizare.	1)Mențință corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împănțare. 3) Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priză. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivului pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interior și exterior unității folosită aspiratorului. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiției fizice a electronilor, senzorilor, sondelelor și alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standardelor și cerințelor din manualul de utilizare.	CE/ISO
2	Lotul 2 Menținerea preventivă și corectivă a dispozitivelor pentru imagistica funcțională	-	-	-	1)Mențință corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împănțare. 3) Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priză. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivului pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interior și exterior unității folosită aspiratorului. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiției fizice a electronilor, senzorilor, sondelelor și alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standardelor și cerințelor din manualul de utilizare.	1)Mențință corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împănțare. 3) Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priză. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivului pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interior și exterior unității folosită aspiratorului. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiției fizice a electronilor, senzorilor, sondelelor și alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standardelor și cerințelor din manualul de utilizare.	CE/ISO
3	Lotul 3 Menținerea preventivă și corectivă a dispozitivelor radiologice digitale DuoDiagnost și iCRco FusionDCR	-	-	-	Mențință corectivă și preventivă oIntervenții (Revizii tehnice) în cadrul cărora se efectuează intervenții generale preventive și obligatorii conform manualelor de service; oVerificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, după caz oVerificarea și reglarea/calibrarea blocurilor de comandă și control; Conectarea în regim de service oVerificarea tensiunilor de alimentare oVerificarea conexiunilor electrice oCurățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente oVerificarea funcționării motoarelor oVerificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, după caz oVerificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor, după caz oVerificarea intercomunicațiilor oCentrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiații ionizante, după caz. oVerificare/calibrarea mesei R/F oVerificarea tubului radiologic oVerificarea II oVerificarea generatorului oVerificarea accesoriilor echipamentului oVerificarea colimării oAnaliza fisurilor de eroare înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). oVerificarea manualului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) oÎntreținerea și mențința tubului de radiații ionizante. □Se va asigura funcționarea la parametri corespunzători; oActivități suplimentare (cuprinse în contractul de service) □Funcționarea și implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecțiilor constând în upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranță emise de către producător pentru a asigura intervenția și funcționarea în condiții optime și de siguranță a dispozitivelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora (se vor atașa documente doveditoare). □Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar; □Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei); □În calitate de distribuitor autorizat prestator de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatură care fac obiectul prezentei oferte). □Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radionuclerice (acolo unde este cazul).	Mențință corectivă și preventivă oIntervenții (Revizii tehnice) în cadrul cărora se efectuează intervenții generale preventive și obligatorii conform manualelor de service; oVerificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, după caz oVerificarea și reglarea/calibrarea blocurilor de comandă și control; Conectarea în regim de service oVerificarea tensiunilor de alimentare oVerificarea conexiunilor electrice oCurățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente oVerificarea funcționării motoarelor oVerificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, după caz oVerificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor, după caz oVerificarea intercomunicațiilor oCentrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiații ionizante, după caz. oVerificare/calibrarea mesei R/F oVerificarea tubului radiologic oVerificarea II oVerificarea generatorului oVerificarea accesoriilor echipamentului oVerificarea colimării oAnaliza fisurilor de eroare înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). oVerificarea manualului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) oÎntreținerea și mențința tubului de radiații ionizante. □Se va asigura funcționarea la parametri corespunzători; oActivități suplimentare (cuprinse în contractul de service) □Funcționarea și implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecțiilor constând în upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranță emise de către producător pentru a asigura intervenția și funcționarea în condiții optime și de siguranță a dispozitivelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora (se vor atașa documente doveditoare). □Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar; □Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei); □În calitate de distribuitor autorizat prestator de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatură care fac obiectul prezentei oferte). □Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radionuclerice (acolo unde este cazul).	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul:

Adresa: