

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1648707767984 din 31 martie 2022						
Obiectul achiziției: Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)						
Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 12 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Lampă chirurgicală plusLED 56 ECO cu montare pe tavan K00310	Polonia	KLAROME D Sp. Z o. o.	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Da . Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Da Numărul de sateliți 1 Da Temperatura culorii 3800-4400-5000 K(reglabila) Da Indexul de culoare 96 Da Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 16 -28 cm Da Adâncimea 100 cm Da Distanța de lucru 0.7-1.4 m Da Nivelul de iluminare la 1 m distanță 130000 lux Da Rotația 270 grade Da Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Da Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Da Alimentarea Rețeaua electrică 230V, 50Hz Da Durata medie de viață a LED-urilor 60 000 h Da Minere detașabile sterilizabile Da Panou de control: Nu , pe suspensia din apropierea fiecărei cupole.Înălțimea podului 3-4 m Da	CE; ISO 13485: 2016
Lot nr. 13 Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici de baza)	Lampă chirurgicală plusLED 56 ECO/56 ECO cu montare pe tavan K00322	Polonia	KLAROME D Sp. Z o. o.	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14-25 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Da Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Da . Numărul de sateliți 2 Da . Temperatura culorii 3800-4400-5000 K(reglabila) Da Indexul de culoare 96 Da Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 16 -28 cm Da Adâncimea ≥ 80 cm Da	CE; ISO 13485: 2016

				Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 $\geq$ 120 000 lux, satelitul nr.2 $\geq$ 120 000 lux" Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm $\geq$ 70 Creșterea temperaturii în câmpul operator $<1^{\circ}$ C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Distanța de lucru 0.7-1.5 m Da Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 130 000 lux, Da satelitul nr.2 130 000 lux" Da Rotația 270 grade Da Ajustare pe verticală, cm $\geq$ 70 Da Creșterea temperaturii în câmpul operator $<1^{\circ}$ C Da Alimentarea Rețeaua electrică 230V, 50Hz Da Durata medie de viață a LED-urilor 60000 h Da Minere detașabile sterilizabile Da Panou de control: Nu , pe suspensia din apropierea fiecărei cupole. Înălțimea podului 3-4 m Da	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Morozov Maria

În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23