

Specificații pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1692348758524 din 25.09.2023										nr21089033
Denumirea licitației: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 22)										Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	39	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)	buc	1	16880,00	20256,00	16 880,00	20 256,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	MD23TRPCCC518430B01859AA
33100000-1	40	Agitator magnetic cu placă fierbinte	buc	1	8700,00	10440,00	8 700,00	10 440,00		
33100000-1	44	Vortex mixer	buc	1	5470,00	6564,00	5 470,00	6 564,00		
33100000-1	45	Pipetă dozator cu un canal 0.5 – 5 uL	buc	2	1970,00	2364,00	3 940,00	4 728,00		
33100000-1	46	Pipetă dozator cu un canal 5 – 50 uL	buc	2	1970,00	2364,00	3 940,00	4 728,00		
33100000-1	47	Pipetă dozator cu un canal 2 – 20 uL	buc	2	1970,00	2364,00	3 940,00	4 728,00		
33100000-1	48	Pipetă dozator cu un canal 10 – 100 uL	buc	2	1970,00	2364,00	3 940,00	4 728,00		
33100000-1	49	Pipetă dozator cu un canal 20 – 200 uL	buc	2	1970,00	2364,00	3 940,00	4 728,00		
33100000-1	50	Pipetă dozator cu un canal 100 – 1000 uL	buc	2	1970,00	2364,00	3 940,00	4 728,00		
33100000-1	52	Stativ pentru Pipete dozator cu un canal	buc	2	670,00	804,00	1 340,00	1 608,00		
Total oferta:							56 030,00	67 236,00		

Suma totală: **67 236, 00** (Saizeci si sapte mii doua sute treizeci si sase) Lei **00** bani.




Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director


Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1692348758524 din 25.09.2023								nr. 21089033	
Denumirea licitației: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 22)									
Cod CPV	Lot	Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință:	
1		2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	39	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)	DM0412 (Cat.nr.9034002122) + A12-10P (Catalog № 19400068)	China	DLAB Scientific Co., Ltd.	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la 100 Maximală, rpm pină la 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori Indicatori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Caracteristici tehnice : Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la 100 Maximală, rpm pină la 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi cu adaptor A10P15 Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori Indicatori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display LCD Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare DM0412 include rotor A12-10P		Declaratie de Conformitate, CE , ISO 13485:2016; MANUAL DE UTILIZARE se anexaza
33100000-1	40	Agitator magnetic cu placă fierbinte	MX-M (Cat.nr.8031202000) + Adapter VT 1.3.4 (Cat.nr.18900023) + Adapter VT 1.3.5 (Cat.nr.18900024)	China	DLAB Scientific Co., Ltd.	Agitator magnetic cu placă fierbinte Interval de temperatură: 30°C – 300 °C Diametrul plăcii de lucru: 160 mm – 200 mm Gama de control al vitezei: 250-1250 RPM Omogenitatea temperaturii pe placă: ±3°C Garanție: min. 24 luni	Agitator magnetic cu placă fierbinte MX-M Interval de temperatură: 5°C – 40 °C Diametrul plăcii de lucru: 160 mm – 200 mm Gama de control al vitezei: 0-1500 RPM Omogenitatea temperaturii pe placă: ±3°C Garanție: min. 24 luni		CE, ISO
33100000-1	44	Vortex mixer	MX-S (Cat.nr.8031102000) + Standard top (Cat.nr.18900034) + Adapter VT1.3.1 (Cat.nr.18900020) + Adapter VT1.3.2 (Cat.nr.18900021) + Adapter VT1.3.5 (Cat.nr.18900024)	China	DLAB Scientific Co., Ltd.	Vortex mixer Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL Principiul de agitare excentric: Garanție: min. 24 luni	Vortex mixer MX-S Gama de control a vitezei: 0 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL Principiul de agitare excentric: Garanție: min. 24 luni		CE, ISO

33100000-1	45	Pipetă dozator cu un canal 0,5 – 5 uL	MicroPette Plus 0,5-10µl nr. Catalog 7030301004	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Volum variabil: 0,5 - 5 uL Autoclavabilă	Pipeta Dozator cu volum vareabil 0,5-10µl. Autoclavabila. Dozator medical. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Modelul articolului poate fi vazut http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html .		ISO, CE Nr.inregistrarii la AMD-M000373553
33100000-1	46	Pipetă dozator cu un canal 5 – 50 uL	MicroPette Plus 5-50µl nr. Catalog 7030301006	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Volum variabil: 5.0 - 50 uL Autoclavabilă	Pipeta Dozator cu volum vareabil 5-50µl. Autoclavabila. Dozator medical. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Modelul articolului poate fi vazut http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html .		ISO, CE Nr.inregistrarii la AMD-M000373555
33100000-1	47	Pipetă dozator cu un canal 2 – 20 uL	MicroPette Plus 2-20µl nr. Catalog 7030301005	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Volum variabil: 2.0 - 20 uL Autoclavabilă	Pipeta Dozator cu volum vareabil 2-20µl. Autoclavabila. Dozator medical. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Modelul articolului poate fi vazut http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html .		ISO, CE Nr.inregistrarii la AMD-M000373554
33100000-1	48	Pipetă dozator cu un canal 10 – 100 uL	MicroPette Plus 10-100µl nr. Catalog 7030301008	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Volum variabil: 10 - 100 uL Autoclavabilă	Pipeta Dozator cu volum vareabil 10-100µl. Autoclavabila. Dozator medical. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Modelul articolului poate fi vazut http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html .		ISO, CE Nr.inregistrarii la AMD-M000373556
33100000-1	49	Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul	MicroPette Plus 20-200µl nr.Catalog 7030301009	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Volum variabil: 20 - 200 uL Autoclavabilă	Pipeta Dozator cu volum vareabil 20-200µl. Autoclavabila. Dozator medical. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Modelul articolului poate fi vazut http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html .		ISO, CE Nr.inregistrarii la AMD-M000373557
33100000-1	50	Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul	MicroPette Plus 100-1000µl nr.Catalog 7030301014	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Volum variabil: 100- 1000 uL Autoclavabilă	Pipeta Dozator cu volum vareabil 100-1000µl. Autoclavabila. Dozator medical. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Modelul articolului poate fi vazut http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html .		ISO, CE Nr.inregistrarii la AMD-M000373559
33100000-1	52	Stativ pentru Pipete dozator cu un canal	Linear Pipette Stand (Cat.nr.7030000085)	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Stativ pentru Pipete dozator cu un canal Capacitate: ≥ 6 pipete dozator cu un singur canal	Stativ pentru Pipete dozator cu un canal Capacitate: ≥ 6 pipete dozator cu un singur canal		CE, ISO

Semnata: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6