

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1664887953897 din „13” octombrie 2022

Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive de testare în domeniul medical (Repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3 Termometru infrarosu non-contact	JXB-178 Termometru cu infraroșu	China	GBMD Co.,Ltd	<p>Destinația: Pentru Verificarea temperaturii fara contact fizic a dispozitivelor medicale</p> <p>Cerințe tehnice: 1)Tip: portabil 2)Temperatură ambientală cuprinsă între 10° C și 40° C, umiditate relativă mai mică de 85%, 3)Capacitate memorie: min 30 măsurători 4)Oprire automată: în 30 de secunde de la ultima utilizare 5)Distanța de măsurare: 3 cm - 5 cm 6)Interval de măsurare (3 modulri) •T-camerei •T-corpului •T-obiectului 7)Baterie: 2 baterii AA (incluse) 8)Alarmă audio atunci când temperatura depășește cea programata 9)Acuratețe: ± 0.3°C 10)Timp de răspuns: min 5 sec: 11) Utilizarea nu mai puțin de 100000 de citiri -Verificarea temperaturii fara contact fizic a dispozitivelor medicale în conformitate cu standardele nationale</p>	<p>Termometru cu infrarosu Destinația: Pentru verificarea temperaturii fara contact fizic a dispozitivelor medicale</p> <p>Cerințe tehnice: 1)Tip: portabil 2)Temperatură ambientală, de funcționare normală, cuprinsă între 10° C și 40° C și umiditate relativă mai mică de 85%, 3)Capacitate memorie: 32 măsurări 4)Oprire automată: în 30 de secunde de la ultima utilizare 5)Distanța de măsurare: 3 cm - 5 cm 6)Moduri de măsurare (3 modulri) •T-camerei •T-corpului •T-obiectului 7)Baterie: 2 baterii AA (incluse) 8)Alarmă audio atunci când temperatura depășește cea programata 9)Acuratețe: ± 0.3°C 10)Timp de răspuns: min 5 sec: 11) Utilizarea nu mai puțin de 100000 de citiri -Verificarea temperaturii fara contact fizic a dispozitivelor medicale în conformitate cu standardele nationale</p>	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „LifeMed Group” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**