



"ECOCHIMIE" S.R.L.
 bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chişinău
 Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
 e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:
 Tel./Fax:
 Nr. și data procedurii:

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
 Cureau Cristina Telefonul de contact 078913550E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
 ocds-b3wdp1-MD-1570627081969 din 18.10.2019

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	33100000-1	pH-metru	616.12.001	Germania	Isolab	Calibrare automata, LCD display, HxLxI=1700x800x1400 /1900x950x1550mm Parametri măsurați și afișați: Ph, mV, temperatura (OC), conductivitatea, sarea, oxigenul dizolvat (în secunde). Diapazonul de măsurare: Ph-ului: de la 2,00 pînă la 16,00 Rezoluția Ph: 0,01, Compensare ATC: 0/100. Diapazonul ORP-1999/200 mV; -199.9 mV/499,9 mV; 500/2000 mS+-2+1 Temperaturii: 0/110 OC. Conductibilitatea: 0.0/199 µS; 2,00/19,99mS; 20,0/100,0 mS. Sărurile dizolvate: 0,0/99,9ppm; 100/999 ppm; 1,00/9,99 ppt; 10,0 / 50,0 ppt. Oxigenului: 0/200,0 %. Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament -	Calibrare automata, LCD display, HxLxI=1700x800x1400 /1900x950x1550mm Parametri măsurați și afișați: Ph, mV, temperatura (OC), conductivitatea, sarea, oxigenul dizolvat (în secunde). Diapazonul de măsurare: Ph-ului: de la 2,00 pînă la 16,00 Rezoluția Ph: 0,01, Compensare ATC: 0/100. Diapazonul ORP-1999/200 mV; -199.9 mV/499,9 mV; 500/2000 mS+-2+1 Temperaturii: 0/110 OC. Conductibilitatea: 0.0/199 µS; 2,00/19,99mS; 20,0/100,0 mS. Sărurile dizolvate: 0,0/99,9ppm; 100/999 ppm; 1,00/9,99 ppt; 10,0 / 50,0 ppt. Oxigenului: 0/200,0 %. Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 24 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019.	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	33100000-1	pH-metru	buc	1	21,200.0000	25,440.0000	21,200.00	25,440.00	Pînă la 31.12.2019, în timp de 20 zile de la comanda beneficiarului.
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							21,200.00	25,440.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
 Cu respect,
 directorul SRL "ECOCHIMIE"
 Nicolae Iurcu

