

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 01 10 2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1629286866654

Anunț de participare Nr.:

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE

ERICON SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) ERICON SRL se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021. Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **1,010,000.00** Un Milion Zece Mii Lei 00 Bani
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **1,212,000.00** Un Milion Două Sute Douăsprezece Mii Lei 00 Bani
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, ERICON SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Gheorghe Bunic

În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durlesti, V.Lupu 6

Data 01 10 2021

		Specificații tehnice (F4.1)											
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1629286866654 / 21043431									Data: 01 10 2021	nr.:
Denumirea licitației:			Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021									Lot: _____	Pagina: _____ din _____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Tara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă					Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3		4	6					7	8	
3310000-1	4	Sistem videoendoscopic pentru fibro-bronho/gastro/colonoscopie (caracteristici avansate)	HD-500 System, HD-500 video processor, HDL-500X, EG 500, EC-500T, EB-500. Leakage Master 7900-PL10 (Endo-TECHNIK-Germania)	China	Sonoscape	Sistem videoendoscopic pentru fibro-bronho/gastro/colonoscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentul dăilor gastrice /afecțiuni în interiorul intestinului gros/ investigarea internă a organelor cavitare ale sistemului digestiv respirator Cod Parametru Specificația Videoprocesor Intări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controlare / caracteristici Ajustare nuanță da , Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Videocompensare da , Închetaarea imaginii da , Iris automat da , "Reducerea zgomotului imaginii" da , Zoom electronic da , sici RGB 1 , Y/C ≥1 , Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h , Putere lampă ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W , Contor lampă da , Mod standby da , , Lampă de rezervă da Periferice disponibile Display medical HD ≥23 inch , "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin , una din metode" DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări , Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice da , Suport pe roțile da , Sistem de furnizare a aerului/apoi minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml , Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor , Volumul rezervorului 1,4-1,8 litri , Vid da , Dirijarea nivelului de aspirare în trepte , Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa , Lampă halogen de rezervă 2 unit. , Piesă bucală 2 unit. , Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) , Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar , Vas de rezervă pentru aspirator ≥ 1,5 l, 1 unit. , Filtre pentru aspirator 5 unit. , Display medical HD ≥ 23 inch , să se indice modelul Troliu 1 unit. (să se indice modelul) . Păți reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscoop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica Unghiul cimpului vizual ≥ 140 grade Înclinția cimpului vizual 0 grade Adîncimea cimpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea miînerului de dirijare butoane ≥4 închetaarea imaginii da eliberarea imaginii da , capturare imaginii da , reglarea intensității luminii da , reglarea tonului de culoare (filtre optice) da , modificarea contrastului da , zoom electronic da , Spărea obiectivului da , Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional , Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videobronhoscop Să se indice modelul oferit , Tip HDTV / HD , Tubul de inserție Lungimea Diametrul exterior , Grația , Canalul de lucru Diametrul , Optica Unghiul cimpului de vedere Adîncimea cimpului de vedere , Deflecția sus/jos , Capul distal Diametrul exterior , Funcționalitatea miînerului de dirijare butoane închetaarea imaginii eliberarea imaginii capturare imaginii reglarea intensității luminii reglarea tonului de culoare (filtre optice) modificarea contrastului zoom electronic Spălarea obiectivului Metode de sterilizare Videocolonoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Tubul de inserție Lungimea totală ≥1990 Lungimea de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm Optica Unghiul cimpului de vedere >140 Înclinarea cimpului vizual 0 grade Adîncimea cimpului vizual 3-100 Rata de deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta 160 grade Cu funcție de rigidizare în trepte a porțiunii distale care da posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare de pe manerul endoscopului da Funcționalitatea miînerului de dirijare butoane ≥4 închetaarea imaginii da eliberarea imaginii da capturare imaginii da reglarea intensității luminii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da pornirea / oprirea pompei suplimentare de apă zoom electronic da Canal suplimentar de apă prin care se poate pompa apa în jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri da Spălarea obiectivului da Imersibil da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare					Conform specificației tehnice anexate	CE, ISO	
3310000-1	5	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	XG1.UCD-100D	China	Shinva	"Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzire orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termice sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Alarme acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă da Regim de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a așii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real Ușa rămâne blocată pana la scaderea sfîrșitului procesului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) Facilitățile setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilitățile setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 105 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da ""Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare "" da Înregistrator date da Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz "					Conform specificației tehnice anexate	CE, ISO	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Bunic Gheorghe_ În calitate de: _Director_

Ofertantul: _Ericon SRL_ Adresa: _Durlesti, Vasile Lupu, nr 6_

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1629286866654

Data: 01 10 2021

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021

Lot: _____

Pagina: _____ din _____

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100 000-1	4	Sistem videoendoscopic pentru fibro-bronho/gastro/colonoscopie (caracteristici avansate)	Sistem videoendoscopic pentru fibro-bronho/gastro/colonoscopie (caracteristici avansate)	buc	1	830000,00	996000,00	830000,00	996000,00	până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100 00-1		Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	buc	1	180000,00	216000,00	180000,00	216000,00	până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
							Total	1010000,00	1212000,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlști, Vasile Lupu, nr 6