

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1655477829847 din 29.07.2022

Obiectul achiziției: "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” "

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
3310000-1	15	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 250-300 L	EE 300	Turcia	Emsas	Conform caietului de sarcini	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală Capacitatea internă a camerei: 320 litri; Polițe: 6 buc., tip sertare; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: INOX Construcție exterioară: oțel galvanizat noncoroziv , rezistentă la agenți chimici; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: statică; Refrigerent: fără CFC R404A;	

							Domeniu de temperatură: -20 .. -30°C; Nivelul de zgomot: 50 dbA; Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	
3310000-1	16	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	ULT200	Turcia	Emsas	Conform caietului de sarcini	An producere: 2021-2022; Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 288 litri; Polițe fixe incluse: 2 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran touch screen Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC R404A; Domeniu de temperatură: -60°C .. -85 °C; Nivelul de zgomot: 50 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de	

						conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	
3310000-1	18	Frigider pentru reactivi 500-700l	EKT 725	Turcia	Emsas	An producere: 2021-2022 Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală. Capacitatea: 638 l Înălțime: 200 cm, Lățime/Adâncime: 78 cm Număr sertare: 4 Ușa: Cu mecanism blocare cu cheie. Roți: da Lumină interioară: da Construcție interioară: inox Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Alarmer: acustică, vizuală. Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Mod dezghețare: automat. Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Refrigerent: fără CFC / HCFC R134A Zgomot: 45 dB Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin	

							semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	
3310000-1	40	Frigider pentru păstrarea sângelui	EKN300	Turcia	Emsas	Conform caietului de sarcini	An producere: 2021-2022 Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine; Tip: Vertical, cu încărcare orizontală, mobil, pe roțile. Volum util: 550-636l; Material interior: metal inox. Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimici. Diapazon temperatură: +2 - +8°C, setabil. Abaterea maximă de la temperatura setată: 1°C în orice parte al camerei de răcire, la temperatura mediului ambiant 32°C. Circulația forțată a aerului. Dezghețarea automată. Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii ușii. Ușa: transparentă, cu lacăt. Sertare: 6, din material inoxidabil, detașabile, cu sistem telescopic. Podea și sertare cu sistem de scurgere. Compressor de minim 0,33CP cu răcire pe aer. Refrigerent: fără CFC / HCFC R134A Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru sonda de monitorizare externă. Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Monitorizare temperatură și activitate frigider: Ecran digital cu afișare parametri de temperatură a camerei interioare. Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezerva. Alarmer sonore si vizuale în caz de depășire parametri și/sau neconformitate activitate frigider. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu	

							anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 60 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau