

Specificații tehnice (Anexa nr.22)

IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”

Numărul procedurii de achiziție: **21077136 / ocds-b3wdp1-MD-1680187353742 din 04.04.2023**

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile medicale necesar urgent pentru 30 zile**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 12 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0	HTC0180C	China	Hitec	8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril Produs livrat în 2022 (Contract nr. 06-59/22 din 17.03.2022, Lot nr. 387) Produs disponibil în stoc.	ISO 13485, Declarație de conformitate
Lot 13 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5	HTC0185C	China	Hitec	8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril Produs livrat în 2022 (Contract nr. 06-59/22 din 17.03.2022, Lot nr. 388) Produs disponibil în stoc.	ISO 13485, Declarație de conformitate

Semnătură autorizată.

Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC "SOGNO" SRL**

Adresa: m.Chisinau, str. Academiei nr.2

Specificații de preț (Anexa nr.23)

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Numărul procedurii de achiziție: **21077136 / ocds-b3wdp1-MD-1680187353742 din 04.04.2023**

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile medicale necesar urgent pentru 30 zile**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma FărăTVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
33140000-3	Lot 12 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0	Buc.	1000	10,50	11,34	10500,00	11340,00	La solicitare, în termen de 01 zile pe parcursul anului 2023	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 13 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5	Buc.	1000	10,50	11,34	10500,00	11340,00		MD38TRPCCC518430A00076AA
Total						21000,00	22680,00		

Semnătură autorizată.

Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC "SOGNO" SRL**

Adresa: m.Chisinau, str. Academiei nr.2