

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1618572137403	Data: 29.04.2021
Denumirea licitației: Achiziționarea echipamente de laborator pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES	Pagina 1 din 2

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
	Lot 1 Pompă de vid de laborator						
1.1	Pompă de vid de laborator, cu manometrul și cartuș de filtrare	ROCKER 430	Spania	LabBox	Conform anuntului de participare	Pompa fără ulei cu compresor. Pentru filtrare sub vid și presiune, prelevare de probe de aer, aerare. Are protecție la preaplin "PROTE", filtru de particule solide. Pompa nu produce vapori de evacuare. Fiecare motor are o protecție termică încorporată pentru a opri automat pompa atunci când este supraîncălzită și apoi reporni atunci când temperatura scade. Max. Presiune 80 psi Max. Debit 30 l / min Motor 1450 RPM Putere 1/6 CP (KM) Nivel de zgomot 52,0 dB Dimensiuni (LxLxH) 24,7x23x26,9 cm.	
	Lot 18 Baie de apă de laborator						
18.1	Baie de apă de laborator	TWBA-004-001	Spania	LabBox	Conform anuntului de participare	Carcasă metalică cu structură metalică exterioară acoperită cu cameră epoxidică (tratament antirugină) și oțel inoxidabil. Reglarea digitală a temperaturii de la temperatura camerei 5°C până la 100°C (rezoluție: 1°C). Mod continuu sau perioade programate cu semnal acustic la sfârșitul timpului selectat. Temporizator de la 1 min. până la 9999 min. Afișaj digital dublu de temperatură și timp Semnalul acustic indică supraîncălzirea băii. Accesoriu „Raft perforat”, capac detașabil cu găuri (11 cm) și inele de reducere (8 și 5 cm) incluse; 220V ± 10%, 50/60Hz ± 1.	
	Lot 21 Incubator de laborator termostatat						

21.1	Incubator de laborator termostatat	DOVF-030-001	Spania	LabBox	Conform anuntului de participare	Dimensiuni cameră 310 × 310 × 310 * circulație forțată a aerului, sistem de circulație care asigură o distribuție uniformă a temperaturii * cameră de lucru din oțel inoxidabil, cu unghiuri rotunjite; 2 rafturi din inox, capacitatea de a schimba poziția rafturilor * afișaj LCD mare: date de temperatură, temporizator, protecție împotriva supraîncălzirii * circuit de siguranță independent pentru temperatură oprește automat dispozitivul atunci când valoarea setată este depășită * ușă cu fereastră care permite observarea interiorului dispozitivul, sigiliu siliconic Uniformitate temperature +/-0,2	
------	------------------------------------	--------------	--------	--------	--	---	--

Valabilitatea ofertei - 45 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Marcel**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «PARAMED GRUP»**

Adresa: **mun. Chișinău, or. Cricova, str. Nucarilor, 2**