

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocde-b3wdp1-MD-1666167332209/ 21065771 din 19.11.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023

Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de de
2	3	4	5	6	7	8	
46	Matase ac 3/8 tăietor 38-40	Bx569	Romania	Biosintex	Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biosilk, Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 39,2 mm. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
47	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm	Bx562	Romania	Biosintex	Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm, ac 3/8 tăietor 29-30 mm, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biosilk, Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm, ac 3/8 tăietor 29,7 mm, corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
49	Matase ac rotund 30mm	Bx508	Romania	Biosintex	USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm $\pm 2\% \frac{1}{2}$. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biosilk, USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm $\frac{1}{2}$. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
51	Matase ac tăietor 24-25mm	Bx504	Romania	Biosintex	USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8, 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biosilk, USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8, 24,3 mm corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
52	Matase ac taioș 25mm	Bx504	Romania	Biosintex	USP 3/0 L-minim 75cm ac taioș 25mm $\pm 2\% \frac{1}{2}$. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biosilk, USP 3/0 L-minim 75cm ac taioș 24,5mm 3/8. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
65	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0	Bx836	Romania	Biosintex	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
66	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0	Bx8122	Romania	Biosintex	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 100cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 36,6 mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
67	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm	Bx858	Romania	Biosintex	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- 70 cm. 1 ac $\frac{1}{2}$ rotund 17,5 mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE

68	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0	Bx803	Romania	Biosintex	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26,2 mm. Corespundegrosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
69	Poliglicolic acid rapid USP 0	Bx862	Romania	Biosintex	USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm . Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
70	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm	Bx813	Romania	Biosintex	USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, USP 0 L-75cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
71	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm	Bx862	Romania	Biosintex	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
72	Poliglicolic acid rapid USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	Bx864	Romania	Biosintex	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36,6 mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
75	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L - 75cm	Bx808	Romania	Biosintex	USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
77	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 70cm	Bx858	Romania	Biosintex	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17,5 mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
78	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L- 75cm	Bx835	Romania	Biosintex	USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril Rapid, USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
79	Poliglicolic acid USP 0	Bx1209	Romania	Biosintex	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril, USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
80	Poliglicolic acid USP 1	Bx1210	Romania	Biosintex	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril, USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
81	Poliglicolic acid USP 2	Bx123	Romania	Biosintex	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril, USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm . Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
82	Poliglicolic acid USP 2/0	Bx108	Romania	Biosintex	USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril, USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
83	Poliglicolic acid USP 3/0	Bx103	Romania	Biosintex	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Dacril, USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26,2 mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE

84	Poliglicolic acid USP 3/0	Bx135	Romania	Biosintex	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril, USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
85	Poliglicolic acid USP 4/0	Bx128	Romania	Biosintex	USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril, USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17,5mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
86	Poliglicolic acid USP 5/ 0	Bx133	Romania	Biosintex	USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm ±2%.	Dacril, USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm.	ISO, CE
88	Poliglicolic acid USP	Bx160	Romania	Biosintex	USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril, USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
93	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm.	Bx335	Romania	Biosintex	USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biopro, USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26,2 mm. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
95	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm	Bx333	Romania	Biosintex	USP 4/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biopro, USP 4/0 L – minim 45 cm, 3/8 ac tăietor 18,7 mm. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
96	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm	Bx368	Romania	Biosintex	USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biopro, USP 4/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 20 mm . corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
101	Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm	Bx363	Romania	Biosintex	USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biopro, USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26,2 mm . Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
102	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm	Bx330	Romania	Biosintex	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biopro, USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26,2mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
103	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm	Bx314	Romania	Biosintex	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biopro, USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17,5mm. Corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
104	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm	Bx367	Romania	Biosintex	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Biopro, USP 5/0 L -75 cm 2 ace ½rotund 15mm. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
105	Polydioxanone (PDO) USP 4/0	Bx242	Romania	Biosintex	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - 75 cm ac ½rotund 17,5 mm. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
107	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L - 90 cm 1 ac ½rotund 26mm	Bx220	Romania	Biosintex	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	PDO, USP 3/0 L - 75 cm 1 ac ½rotund 26,2mm. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE

108	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L - 70cm ac ½rotund 13mm	Bx225	Romania	Biosintex	USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	PDO, USP 6/0 L - minim 75cm ac ½rotund 12,7mm. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
112	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm	Bx-PG1240	Romania	Biosintex	USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Dacril 910, USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36,6 mm. corespunde grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
125	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	Bx1193	Romania	Biosintex	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	Dacril, Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75cm ; Lungimea acului (mm) – 36,6; Curbura acului – ½ Taper;	ISO, CE
143	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0	Bx556	Romania	Biosintex	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper;	Biosilk, Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 26,2; Curbura acului – ½ Taper;	ISO, CE
144	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0	Bx504	Romania	Biosintex	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting;	Biosilk, Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 24,3; Curbura acului – 3/8cutting;	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Administrator
Ofertantul: GBG-MLD SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2