

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu"

Numărul licitației: 21060536

Data: 04.08.2022

Denumirea licitației: **Reagenți și consumabile secția laborator 2022 Contract de mică valoare (loturile ramase în urma COP)**

Nr.	Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standardul de referință:
2	2	3	4	5	6	7	8

LOTUL 4 REAGENȚI PENTRU CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ PENTRU COAGULOMETRU HELENA C1

Sursa de finanțare: IBAN MD15TRPCBZ518430A00113AA

1	Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	PT Liquid C713	Italia	BEN	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 1-14 sec ISI-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	Tromboplastin cu activ. 14-18 sec, lichid gata de lucru și ISI nu mai mic de 1.1 și nu mai mare de 1.13. Flacoane cu volumul de la 5ml (set cu 1000 teste).	ISO, CE
3	Control plasmă cu nivel normal	Control Normal C706	Italia	BEN	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Control plasmă cu nivel normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	ISO, CE
4	Control plasmă cu nivel crescut	Control Abnormal C707	Italia	BEN	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	Control plasmă cu nivel abnormal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	ISO, CE
5	Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen	Coagulation Calibrator C705	Italia	BEN	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Coagulation Calibrator CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	ISO, CE

LOTUL 16 Reagenți și seturi pentru investigații imunologice

Sursa de finanțare: IBAN MD67TRPCBZ518430B00113AA

1	HBs Ag	HBsAg Cassette	China	AT	Teste rapide pentru determinarea calitativă HbsAg în ser certificat de calitate de la producător	HBsAg - Teste rapide pentru determinarea calitativă HbsAg în ser, plasma, sange. certificat de calitate de la producător	ISO, CE
2	Anti HCV	anti HCV Cassette	China	AT	Teste rapide pentru determinarea calitativă Anti HCV în ser certificat de calitate de la producător	anti -HCV - Teste rapide pentru determinarea calitativă Anti HCV în ser, plasma, sange. certificat de calitate de la producător	ISO, CE
3	Troponine, I	cTnI Test Rapid	China	AT	sensibilitatea 100%, specificitatea 100% cu sol. TMB, omologat în RM; ISO, CE, certificat de calitate de la producător	Troponine, I - Teste p/u determinarea troponinei conform cerințele generale	ISO, CE

LOTUL 24 REAGENȚI PENTRU CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ PENTRU COAGULOMETRU HELENA C1

Sursa de finanțare: IBAN MD29TRPCBZ518430E00113AA

1	Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	PT Liquid C713	Italia	BEN	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 1-14 sec ISI-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	Tromboplastin-Li, 10ml/100teste CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 1-14 sec ISI-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu	ISO, CE
---	---------------------------------	--------------------------	--------	-----	---	---	---------

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: DirectorOfertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6