

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1768293448816/21543750 din: 13.01.2026 conform SIARSAP Mtender									
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a REACTIVILOR conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 - Repetat și Suplimentar									
	Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		Bunuri/servicii							
	30	FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) (008120)	FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) (008120)	FP-314	China	Wuhan HealthCare Biotechnology Co., Ltd.	FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) (008120), FISH reagent Kit 5- colorFISH probe(pentru cromosomii 13,18,21,X,Y pentru investigații în lichid amniotic), kit-100mkl-Pentru analiza I-FISH, set	FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) (008120), FISH reagent Kit 5- colorFISH probe(pentru cromosomii 13,18,21,X,Y pentru investigații în lichid amniotic), kit-100mkl-Pentru analiza I-FISH, set	CE ISO
	84	Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale (007975)	Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale (007975)	C3620-0100	China	XP Biomed Ltd	Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale (007975), Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, Bucată	Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale (007975), Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, Bucată	CE ISO
	195	Test rapid	Test rapid	ITPW02153-TC40	China	InTec PRODUCTS, INC	Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma) sau sânge capilar. Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 98% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precalificate de OMS. Produsul oferit trebuie să fie diferit de Testul de alternativa 1 si 2 desemnati castigatori in cadrul Programului Național HIV pentru anul 2026.	Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma) sau sânge capilar. Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 98% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precalificate de OMS. Produsul oferit trebuie să fie diferit de Testul de alternativa 1 si 2 desemnati castigatori in cadrul Programului Național HIV pentru anul 2026.	CE ISO

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4