

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP SCMC „V. Ignatenco”

Nr. PA: ACVM nr.21027264, MT id ocde-b3wdp1-MD-1597304647189	Data: 18 august 2020
Denumirea PA: Filtre bacterian virale	

Lot Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Filtre bacterian virale	MP01770	Germania	Draegerwerke A.G.	Filtre bacterian virale	Filtru CareStar 30, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 30ml, greutate nu mai mult de 23g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Produse originale ale producătorului aparatelor de anestezie destinate.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnătură: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**

