

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747226555310 din 13.06.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11)							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	E700/500	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Fixare pe tavan da Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți (cupole) 2 Temperatura culorii reglabilă diapazon min. 3500 - 5000K Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1 $\geq 160\ 000$ lux, satelit (cupola) nr.2 $\geq 160\ 000$ lux Reglarea intensității luminei min. 10 pași Indexul de culoare > 96 Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operație da Suprafața de acoperire antibacteriană pentru cupole da Dimensiunea câmpului, cm: - Focusabil da - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm - Adâncimea ≥ 80 cm Rotația articulațiilor bratelor min. 330 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 180 W". Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Minere: - detașabile da - sterilizabile da - functionale cu reglarea intensității luminii da Panoul de control: - fiecare satelit dotat cu panoul de control da - integrat da - touch screen da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă da Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă da	Da , Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți. <i>Vezi Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System.Vezi Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500).</i> Parametru Specificația Da , Fixare pe tavan. <i>Vezi Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System.Vezi Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500).</i> <i>Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da , Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes). <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System.</i> Da , Numărul de sateliți (cupole) 2. <i>Vezi Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System.Vezi Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500).</i> <i>Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da , Temperatura culorii reglabilă diapazon 3500 - 5500K. <i>Vezi pag.2 si pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500).</i> Da , Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1: 180 000 lux (reglabil de la 60 000 lux pana la 180 000 lux); satelit (cupola) nr.2: 160 000 lux (reglabil de la 40 000 lux pana la 160 000 lux); Da , Reglarea intensității luminei 10 pași. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500).</i>	CE, ISO DM000377091

					Da, Indexul de culoare Ra > 96. Indexul de culoare R9 = 98. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500).</i> Da, Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer in sala de operatie. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System sintagma "Laminar Air Flow Compliancy". Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500).</i> Da, Suprafata de acoperire antibacteriana pentru cupole. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System sintagma "Antibacterial coating". Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500).</i> Da, Dimensiunea cîmpului, cm: - Focusabil da - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 35 cm. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500). Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Adîncimea 130 cm. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500). Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Rotația articulațiilor bratelor 540 grade. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500). Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Ajustare pe verticală ≥ 80 cm. <i>Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500). Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i>	
--	--	--	--	--	--	--

						Da, Puterea de consum pentru ambele cupole 105 W. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500). Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Durata medie de viață a LED-urilor 80000 h. <i>Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500). Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate. <i>Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Mînere: - detașabile - sterilizabile - functionale cu reglarea intensitatii luminii. <i>Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500) sintagma "Detachable sterilizable handles that provide adjustment of light intensity and pattern" si pag.19-20.</i> Da, Panoul de control: - fiecare satelit dotat cu panoul de control - integrat - touch screen 3.7 inches. <i>Vezi pag.8 din Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500) sintagma "LCD Touch Screen Control panel 3.7 Inches on each head". Vezi pag.3 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video. <i>Vezi pag.5 din Catalogul atasat E700/500 Surgical Lighting System. Vezi Manualul de utilizare atasat LED SURGICAL LIGHT (DOUBLE CEILING MODEL E700/500) pag.25-28. Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Înălțimea podului 3-4 m. <i>Vezi specificatia tehnica a producatorului Specification model E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i> Da, Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă. Da, Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL

Adresa: mun.Chisinaustr.N.Testemiteanu 11, of.59