

**Anexa 1**

Denumire	Cantitatea	Specificații	Preț, lei
Termo-higrometru digital	16	<p>Tensiune alimentare: 5-32Vdc sau/și 12-24 Vac.</p> <p>Dotare cu display de citire și afisaj a datelor înregistrate.</p> <p>Consum: 50-150mA.</p> <p>Interval de măsurare: -10°C - 60°C.</p> <p>Interval de măsurare: 0%-100%.</p> <p>Precizie măsurare: ± 0.5 °C.</p> <p>Precizie măsurare: ± 2.5%.</p> <p>Rezoluția temperaturii: 0.25 °C.</p> <p>Rezoluția umidității : 0.25 %.</p> <p>Mod ieșire: Semnal digital SPI sau/și 0-10v sau/și 4-20 mA.</p> <p>Transmitere date prin portul modbus 485 RTC sau/și ASCII.</p> <p>Soft validat inclus a sistemului de monitorizare compatibil cu mijloacele de masurare și cu posibilitate de transmitere a alarmelor prin GSM/TELEGRAM sau email.</p> <p>Certificate de etalonare pentru mijloacele de măsurare valabile ultimele 12 luni .</p> <p>Servicii/schema de mapare a încăperilor cu echipamentele de monitorizare a condițiilor de mediu.</p> <p>Conform conexiunilor de alimentare existente a sistemului de monitorizare,noul sistem de monitorizare sa fie adaptat si montat fără a trasa fire de conexiune adiționale.</p> <p>Sistemul existent de conexiune este dotat cu cablu de conexiune FTP ecranat cu secțiunea perechilor de fire de 0,22 mm<sup>2</sup> și un cablu de tensiune adițional tip svvp 2x0,75 mm<sup>2</sup> .</p>	250 000
Diferențial de presiune	16	<p>Tensiune alimentare: 12-24Vac sau/și Vdc.</p> <p>Dotare cu display de citire și afisaj a datelor înregistrate.</p> <p>Consum: 50-150mA.</p> <p>Interval de măsurare: 0-100Pa sau/și,0-1000 Pa.</p> <p>Precizie măsurare: ± 7 Pa .</p> <p>Rezoluția presiunii : 0.25 %.</p> <p>Mod ieșire: Semnal digital SPI sau/și 0-10v sau/și 4-20 mA .</p>	150 000

	<p>Transmitere date prin portul modbus 485 RTC sau/și ASCII.</p> <p>Transmitere date prin portul modbus 485 RTC sau/și ASCII.</p> <p>Soft validat inclus a sistemului de monitorizare compatibil cu mijloacele de masurare si cu posibilitate de transmitere a alarmelor prin GSM/TELEGRAM sau email.</p> <p>Certificate de etalonare pentru mijloacele de măsurare valabile ultimele 12 luni.</p> <p>Servicii/schema de mapare a încăperilor cu echipamentele de monitorizare a condițiilor de mediu.</p> <p>Conform conexiunilor de alimentare existente a sistemului de monitorizare, noul sistem de monitorizare să fie adaptat și montat fără a trasa fire de conexiune adiționale.</p> <p>Sistemul existent de conexiune este dotat cu cablu de conexiune FTP ecranat cu sectiunea perechilor de fire de 0,22 mm<sup>2</sup> si un cablu de tensiune additional tip svvp 2x0,75.</p>	
<p>Conditii tehnice pentru înlocuirea sistemului de monitorizare</p>	<p>Pentru înlocuirea unui nou sistem de monitorizare din incinta laboratorului de microbiologie solicităm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca sistemul nou de monitorizare să fie dotat cu un soft stabil ce permite colectarea datelor 24/24 h .</li> <li>• Sa permită transmiterea alarmelor înregistrate de mijloacele de măsurare la distanță printr-un modul GSM sau/și mail la poșta sau/și pe unele din aplicatiile de comunicare de telefonie mobilă.</li> <li>• Să fie posibil afișarea repartizării și amplasării sensorilor pe incaperi din incinta laboratorului pe o platforma 3D cu înregistrarea și transmiterea datelor înregistrate de mijloacele de măsurare.</li> <li>• Să permită logarea în sistemul dat de monitorizare atât administratorul cât și vizitatorii.</li> <li>• Să permită afișarea datelor din arhivă cu o vechime mai mare de 36 luni.</li> </ul> <p>Pentru evitarea lucrărilor de reparație/montare sau/și înlocuire cabluri de alimentare a sistemului de monitorizare celui vechi existent cu altul de înlocuire se solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mijloacele noi de masurare și înregistrare a datelor temperature umiditate si diferenta de</li> </ul>	

		<p>presiune sa fie dotate cu surse de alimentare ce nu trebuie sa depaseasca mai mult de 24 Volt AC sau DC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiindcă în incinta laboratorului sunt încăperi în care avem montate atît termohigrometre cît și diferențiale de presiune, numarul de fire existente (6) ar trebui să asigure alimentarea acestor 3 mijloace.</li> <li>• Mijloacele de masurare să fie ușor demontate de la locul amplasării pentru a putea fi etalonate.</li> <li>• Modulele de colectare a datelor înregistrate de mijloacele de masurare să nu fie legate de rețeaua wifi sau internet.</li> </ul> <p>Pentru evitarea cheltuielilor suplimentare la etalonarea sensorilor sau calificarea softului sistemului nou de monitorizare, mijloacele de măsurare trebuie să fie parte componentă integrată a aceluiași soft de monitorizare.</p>	
<b>Total</b>			<b>400 000 lei</b>

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ **Dragoș GUȚU**      **L.Ș.**