

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1674212260704 / 21072054 din 20.01.23					
Denumirea licitației:	SETURI DE DIAGNOSTIC / LABORATORUL LDSA SECȚIA VIRUSOLOGIE				Lot: 5	Pagina: 1 din 1
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1 Set de diagnostic	EB4502PO	Korea de Sud	Bionote	Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare de a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede. microplăci din poliestere de 96 de godeuri căptușite cu antigen, cu stripuri (barete) detașabile (12/placă) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat până la 10x cu diluant, control pozitiv lichid sau leofilizat control negativ lichid sau leofilizat soluție de diluare pentru probe examinate și reactive soluție substrat soluția de spălare concentrată până la 20x soluție stop Setul să fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organisation for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea	BIONOTE AIV Ab ELISA conține următoarele elemente pentru efectuarea testului. 1 placă de micro-test acoperită cu antigen 96 godeuri/placă, configurată în douăsprezece benzi 1x8 2 Ser de pui SPF de control negativ conservat în tampon fosfat cu stabilizator proteic. Proclin 300 (0,05%) este adăugată ca conservanți. 3 Control pozitiv Anticorpi la AIV conservați în tampon fosfat cu stabilizator proteic. Proclin 300 (0,05%) este adăugată ca conservanți. 4 Soluție de spălare (10X concentrată) PBS-Tween 20. Conservantul este Proclin 300 (0,05%). 5 Conjugat enzimatic Anticorp anti-AIV-HRP, soluție salină tamponată cu fosfat, BSA și stabilizatori. Proclin 300 (0,05%) este adăugată ca conservanți. Gata de folosire. 6 Substrat Tetrametil-benzidină cu tampon citrat-fosfat care conține hidro-peroxid (H2O2): PĂSTRAȚI LA ÎNTUNEC. Gata de folosire. 7 Soluție de oprire acid sulfuric 1N 8 Sigilant pentru plăci adezive 9. Validat IZS delle Venezie, Legnaro (Padova), Italy	Conform cerintelor
LOT 5 Set de diagnostic	11.PPA.K.3/5	Spania	Ingenaza	Set să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane de a fi utilizat pe probe de ser de la suine microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detașabile (12/placă) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser control pozitiv lichid control negativ lichid soluția de spălare concentrată 1:25 soluție de diluție soluție substrat soluție stop Modul de testare de a fi posibil în 18-24 ore (overnight). Compatibil speciei de animal menționat Produsul (setul) să fie standardizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.	Set de 480 teste, se utilizează principiul ELISA (Blocking Elisa) pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane în ser de la suine. Setul conține: - microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detașabile (12/placă) cite 8 godeuri, de polisteren - 5unitati, - conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser - diluant conjugat gata pu utilizare - diluant pentru ser gata pu utilizare - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluția de spălare concentrată 1:25 - soluție de diluție - soluție substrat - soluție stop Modul de testare de a fi posibil în 18-24 ore (overnight). Specia tinta - suine. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul (setul) este standardizat la kitul etalon OIE. Setul dispune de Fisa în format Excell pentru înregistrarea și interpretarea rezultatelor	Conform cerintelor

Semnat:_____

Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova