

Specificații tehnice (F4.1)

st tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contracta în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21014688 din 26.11.2019,IMSP AMT Buiucani
Denumirea procedurii de achiziție:Achizitia dispozitivelor medicale de fizioterapie

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1						
Lot 2. Aparat pentru galvanizare si electrofareză medicamentoasa,	Potok-1	Rusia	EMA	Tensiunea de alimentare in reatea 220V, frecventa retelei 50Hz, taimer pu fixarea timpului, reglarea intensitatii curentului cu pasul 0,1mA in diapazonul 0-10mA; cu pasul 1mA in diapazonul 10-50mA; set de electrozi, greutatea minim 0,5kg max 1,5 kg	Tensiunea de alimentare in reatea 220V, frecventa retelei 50Hz, taimer pu fixarea timpului, reglarea intensitatii curentului cu pasul 0,1mA in diapazonul 0-10mA; cu pasul 1mA in diapazonul 10-50mA; set de electrozi, greutatea minim 0,5kg max 1,5 kg	CC
Lotul 3						
<i>Dispozitiv – brate p/u aparat cu unde scurte (UVC)-60</i>	UVC-60	RUS	MEDTEko	Conform cereri 2 perechi de brate		CC

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Busuioc Anatol, În calitate de Director

Ofertantul: Busuioc Anatol, Adresa: Drumul viilor 42/3-89

Instalarea si scolarizarea personalului,garantie conform cererii,postgarantie