

28.05.2019

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

GRUPUL DE LUCRU

Stimați Domni,

Prin prezenta, Dita Estfarm SRL Vă informează că, efectul bactericid a dezinfectanților este confirmat prin standardul EN 13727, care prevede testarea dezinfectantului pe 3 tipuri de tulpini: *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 și *Enterococcus hirae* ATCC 10541. Buletinele de testare solicitate pentru tulpinile *Acinetobacter baumannii* și *Klebsiella pneumoniae*, nu sunt tulpinile clasice pentru confirmarea acțiunii bactericide a produsului. Pentru a studia sensibilitatea tulpinilor față de dezinfectant, este necesar de izolat cultura și de efectuat „swab-test” cu produsul necesar.

Totodată, vă atenționăm, că au fost efectuate studii clinice prin care a fost stabilit efectul acidului peracetic (substanța activă a produsului Oprezan) față de tulpinile *Acinetobacter baumannii* și *Klebsiella pneumoniae*. Mai jos puteți găsi link-ul pentru studiile menționate.

<http://www.jpsiconline.com/article.asp?issn=2214-207X;year=2016;volume=4;issue=1;spage=17;epage=21;aulast=Katara;type=3#ref25>

Cu respect,
Director general SRL “Dita EstFarm”
Chirtoaca Iurie

Ex.: Iurova Iulia
Tel.: 022782855