

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1617265943247 din 01.04.2021

Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42123000 -7	Bunuri						
	Lotul 1						
	<i>Echipamente de compresare a aerului fabricate pentru utilizarea în spațiile medicale și pentru alimentarea cu aer comprimat a utilajului medical</i>	EXTREM E MPD 6CV ELET. 380V50HZ 270LT D600 inclus filtr - 0,3 mkm 0,01 mkm	Italia	NARDI COMPRES SORI	Echipamentele de compresare a aerului fabricate pentru utilizarea în spațiile medicale și pentru alimentarea cu aer comprimat a utilajului medical (Ventilatoare de pacient, mașini de anestezie). Cu uscător de aer prin absorbție, filtre de aer sau cu refrigerare. Debit de aer refulat: nu mai mic de 500 l/minut, la	Cu uscător de aer prin absorbție, filtre de aer sau cu refrigerare. - DA Debit de aer refulat: 508 l/minut, la o presiune maximă de 8 bar. Presiune de lucru: 8 bar Volum rezervor de aer: 270 litri Protecție termică: DA Protecție suprapresiune: DA Protecție vibracustică: DA	

					o presiune maxima de 8 bar, nu mai mic de 700 l/minut, la o presiune maxima de 5 bar Presiune maxima de lucru: 10 bar Volum rezervor de aer: Nu mai mic de 250 litri	Nivel maxim acustic: 74 decibeli Puterea (KW) - 4.4 Greutate (kg) - 193	
	Total lot 1				Protecție termică: DA Protecție suprasarcină: DA Protecție suprapresiune: DA Protecție vibro-acustică :DA Nivel maxim acustic: Nu mai mare de 80 decibeli		
	Lotul 2						
	TOTAL						

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Andrianov Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: ACVATRON SRL Adresa: or.Chisinau str.Sarnizegetusa 12.

