

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1774956912496 din 16.04.2026						
Obiectul de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator (repetat)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lot.2 Echilibru Acido-Bazic Point-of-Care						
Chip-card pentru Echilibru Acido-Bazic Point-of-Care	Analizator de gaze sanguine SG1 + Chip-card pentru Echilibru Acido-Bazic Point-of-Care BG10N	China	CHENGDU SEAMATY TECHNOLOGY CO.,LTD.	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Sistemul Point-of-Care complet portabil pentru analiza EAB. Analize solicitate în cadrul panelului EAB : pH, Oximetria, pO2, pCO2, Hemoglobina totală, HCO3- (bicarbonați), ionograma, gap-anionic (test calculat), Lactat în baza chip-cardului (-cardurilor) individuale per pacient. De asemeni sunt binevenite și parametri de analize suplimentare în cadrul panelului de analiză EAB per pacient. Certificate obligatorii: CE, IVD. Analizator portabil (reader) tip Point-of-Care pentru chip-carduri individuali. Reader-ul să se ofere comodat pentru 12 luni din data semnării contractului de comodat.	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Sistemul Point-of-Care complet portabil pentru analiza EAB. Analize solicitate în cadrul panelului EAB : pH, Oximetria, pO2, pCO2, Hemoglobina totală, HCO3- (bicarbonați), ionograma, gap-anionic (test calculat), Lactat în baza chip-cardului (-cardurilor) individuale per pacient - da, broșura (marcate cu verde) . De asemeni sunt binevenite și parametri de analize suplimentare în cadrul panelului de analiză EAB per pacient - da, broșura (marcate cu verde) . Certificate obligatorii: CE, IVD. Analizator portabil (reader) tip Point-of-Care pentru chip-carduri individuali (cu seringă). Reader-ul SEAMATY SG-1 să se ofere comodat pentru 12 luni din data semnării contractului de comodat. Broșura, instrucțiunea și manualul de utilizare se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000860721.

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9