

OFERTĂ DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

IMSP Spitalul Raional ANENII NOI

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689956655172 din 07.08.2023							nr. 21085724			
Obiectul achiziției: Reagenți, material de referință, material de control, accesorii, pentru analizatori de tip închis, pentru perioada semestrului 2 a. 2023								LOT : 9		
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetara IBAN
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Lot 9	Reagenți pentru Analizatorul URIT 910 C (de tip închis)									
1	33600000-6	Reagenti UR-ISE II R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution (20mL/bottle).	buc	6	4298,00	4641,84	25 788,00	27 851,04	2023, pîna la realizarea contractelor, conform comenzii, la depozitul beneficiarului	MD71V10225130000000003MDL
2	33696300-6	QC Control High value: 10 pcs Middle value: 10 pcs Low value: 10 pcs	set	1	2963,00	3555,60	2 963,00	3 555,60		
3	33600000-7	Pepsin 0,6 gr *10	buc	10	789,00	946,80	7 890,00	9 468,00		
4	33696300-7	Internal filling solution (5mL/bottle)	amb	1	978,00	1173,60	978,00	1 173,60		
5	33600000-8	Reference solution (10mL/bottle)	amb	1	899,00	1078,80	899,00	1 078,80		
Total oferta							38 518,00	43 127,04		

SUMA TOTALA : 43 127,04 (Patruzeci si trei mii o suta douazeci si sapte lei 04 bani) lei.

Semnăt : _____ **Nume :** Varman Irina **În calitate de :** Director

Ofertantul : ProfilabDiagnostic SRL **Adresa :** mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6, of.61

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP Spitalul Raional ANENII NOI

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689956655172 din 07.08.2023	nr.21085724
Obiectul achiziției: Reagenți, material de referință, material de control, accesorii, pentru analizatori de tip închis, pentru perioada semestrului 2 a. 2023	LOT 9

Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință:
2	3	4	5	6	7	8
Reagenți pentru analizatorul URIT 910 C (de tip închis)						
Reagenți UR-ISE II R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution (20mL/bottle).	Reagenți UR-ISE II	CHINA	URIT Medical Electronic CO.,LTD	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	Reagenți UR-ISE II Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910C . Nr.inregistrarii la AMDM nr.DM000381544	CE, ISO
QC Control High value: 10 pcs Middle value: 10 pcs Low value: 10 pcs	QC Control	CHINA	URIT Medical Electronic CO.,LTD	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	QC Control .Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT-910C .Nr.inregistrarii la AMDM nr.DM000381538	CE, ISO
Pepsin 0,06 gr *10	Rinse Kit,Pepsin solution	CHINA	URIT Medical Electronic CO.,LTD	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	Rinse Kit. Use for URIT electrolyte analyze.Pepsin solution. 0,06.Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910C. Nr.inregistrarii la AMDM nr.DM000381541	CE, ISO
Internal filling solution (5mL/bottle)	Internal filling solution G -2	CHINA	URIT Medical Electronic CO.,LTD	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	Internal filling solution. Electrolyte Analyzer Reagent.(5mL/bottle x1.) Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT-910C . Nr.inregistrarii la AMDM nr.DM000381536	CE, ISO
Reference solution (10mL/bottle)	Reference solution G - 1	CHINA	URIT Medical Electronic CO.,LTD	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C	Reference solution. Electrolyte Analyzer Reagent. Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT-910C ,(10mL/bottle x1) Nr.inregistrarii la AMDM nr.DM000381537	CE, ISO

Semnat : _____ Nume : Varman Irina În calitate de : Director

Ofertantul : ProfilabDiagnostic SRL Adresa : mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6, of.61