

Specificații tehnice (F4.1)							
							<b>din 13.07.2020</b>
Numărul licitației: 21025287						Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II pentru anul 2020 Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”						Lot: conform listei solicitate	
Valuta, lei MDL							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 24</b>						
33000000-0	<b>Cablu ECG cu 6 electrozi</b>	U305-3F6CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european	Linii de plumb NK 6, clip, IEC Termen de valabilitate 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	CE
	<b>Total lot 24</b>						
	<b>Lotul 29</b>						
33000000-0	<b>IBP Cable</b>	U803-2K	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu monitorul de pacient ePM 15, Mindray. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 12 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Cablu IBP Mindray-Mindray, 2.8M, 12 pini-4Plug Termen de valabilitate 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	CE
	<b>Total lot 29</b>						
	<b>Lotul 30</b>						
33000000-0	<b>Medical Diagnostic Ultrasound Transducer Assembly</b>	SMCH52X3	Taiwan	Broadsound Corporation	Traductor convex CH5-2 compatibil cu ultrasonograful Acuson X300 PE, Siemens; Diapazonul de lucru 2 ~ 5 MHz; Tipurile de examinări necesare: vasculare și vasculare periferice; Unghiul câmpului vizual minim : 60°.	Tip Array: Convex Frecvență nominală: 2-5MHz Unghiul sectorului / câmpul vizual: 60 de grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: abdominală, Ob / Gyn. Cap de scanare: 115 mm (lungime) * 75 mm (lățime) * 25 mm (înălțime) Cablu: aproximativ 2 metri (lungime) * 8 mm (diametru) Conector: 200 mm (lungime) * 150 mm (lățime) * 40 mm (înălțime) Greutatea sondei: 1,1 kg Termen de valabilitate 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	CE
	<b>Total lot 30</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23