

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Instrumentar chirurgical laparoscopic pentru anul 2024
prin procedura de achiziție *Licitație Deschisă*

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**
2. IDNO: **1003600152592**
3. Adresa: **MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11**
4. Numărul de telefon/fax: **022 44-11-85, 022-43-82-37**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii.sf.treime@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate contractantă**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: **treime.md**
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33140000-3	1.Pensa nazala Weil-Blakesley (0°, straight), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.101, CE certificat	buc	1	1.Pensa nazala Weil-Blakesley (0°, straight), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.101, CE certificat	8 071
2	33140000-3	2.Pensa nazala Weil-Blakesley (0°, straight), marimea 3, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.121, CE certificat	buc	1	2.Pensa nazala Weil-Blakesley (0°, straight), marimea 3, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.121, CE certificat	6 451
3	33140000-3	3.Pensa nazala Weil-Blakesley (45°, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.134, CE certificat	buc	2	3.Pensa nazala Weil-Blakesley (45°, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.134, CE certificat	17 555
4	33140000-3	4.Pensa nazala Weil-Blakesley (90°, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.144, CE certificat	buc	1	4.Pensa nazala Weil-Blakesley (90°, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.144, CE certificat	9 426
5	33140000-3	5.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare, analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate	buc	2	5.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare, analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate	19 264
6	33140000-3	6.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până	buc	2	6.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la	21 326

		la 140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate			140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate	
7	33140000-3	7.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate	buc	2	7.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate	22 681
8	33140000-3	8.Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu șurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016	buc	2	8.Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu șurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016	33 049
9	33140000-3	9.Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001	buc	2	9.Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001	12 901
10	33140000-3	10.Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502	buc	2	10.Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502	15 022
11	33140000-3	11.Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curățare, analog cu Karl Storz 449201	buc	2	11.Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curățare, analog cu Karl Storz 449201	20 619
12	33140000-3	12.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la ≥200 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat	buc	1	12.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la ≥200 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat	972
13	33140000-3	13.Ansa pentru polipi de KRAUSE sau LANGE, lungimea 250 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.3400, CE certificat	buc	5	13.Ansa pentru polipi de KRAUSE sau LANGE, lungimea 250 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.3400, CE certificat	20 177
14	33140000-3	14.Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat	buc	2	14.Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat	10 957
15	33140000-3	15.Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040	buc	2	15.Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040	1 826
16	33140000-3	16.Elevator de aspirație de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001	buc	4	16.Elevator de aspirație de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001	16 023
17	33140000-3	17.Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 ± 5 mm, analogic cu Karl Storz 262571	buc	2	17.Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 ± 5 mm, analogic cu Karl Storz 262571	29 040
18	33140000-3	18.Burr, standarte, diametrul de la 7.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm,	buc	3	18.Burr, standarte, diametrul de la 7.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm,	1 256
19	33140000-3	19.Burr, standarte, diametrul de la 4.5 mm, lungimea de 70 ± 3 mm,	buc	3	19.Burr, standarte, diametrul de la 4.5 mm, lungimea de 70 ± 3 mm,	1 019
20	33140000-3	20.Burr, standarte, diametrul de la 2.3 mm, lungimea de 70 ± 3 mm,	buc	2	20.Burr, standarte, diametrul de la 2.3 mm, lungimea de 70 ± 3 mm,	333
21	33140000-3	21.Burr, standarte, diametrul de la 6.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm,	buc	2	21.Burr, standarte, diametrul de la 6.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm,	971
22	33140000-3	22.Resector zimtat, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0034, CE certificat	buc	2	22.Resector zimtat, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0034, CE certificat	9 600
23	33140000-3	23.Resector zimtat, concav, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1,	buc	2	23.Resector zimtat, concav, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf	9 600

		analogic la 89971.0264, CE certificat			Micro Stick S1, analogic la 89971.0264, CE certificat	
24	33140000-3	24.Resector zimtat, convex, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0254, CE certificat	buc	2	24.Resector zimtat, convex, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0254, CE certificat	9 600
25	33140000-3	25.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541, CE certificat	buc	1	25.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541, CE certificat	42 375
26	33140000-3	26.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543, CE certificat	buc	2	26.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543, CE certificat	87 729
27	33140000-3	27.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545, CE certificat	buc	2	27.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545, CE certificat	91 639
28	33140000-3	28.Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm, cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523	buc	2	28.Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm, cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523	14 538
29	33140000-3	29.Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu vârful de 2 mm, analogic cu 842216	buc	2	29.Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu vârful de 2 mm, analogic cu 842216	10 230
30	33140000-3	30.Seringă pentru vezica urinară, diametrul 54 mm, volum de 150 ml, analogic la Richard Wolf 822.31	buc	1	30.Seringă pentru vezica urinară, diametrul 54 mm, volum de 150 ml, analogic la Richard Wolf 822.31	5 600
31	33140000-3	31.Adaptor flexibil pentru seringă vezicii urinare, compatibila cu seringă pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31	buc	1	31.Adaptor flexibil pentru seringă vezicii urinare, compatibila cu seringă pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31	2 000
32	33140000-3	32.Adaptor rigid pentru seringă vezicii urinare, compatibila cu seringă pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31	buc	1	32.Adaptor rigid pentru seringă vezicii urinare, compatibila cu seringă pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31	2 000
33	33140000-3	33.Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 365 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.07	buc	4	33.Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 365 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.07	35 600
34	33140000-3	34.Pensa de apucare, flexibila, 5 fr cu lungimea de lucru 550 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.051	buc	5	34.Pensa de apucare, flexibila, 5 fr cu lungimea de lucru 550 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.051	54 500
35	33140000-3	35.Pensa optica pentru cistoureteroscop analogic cu Richard Wolf 8672.604	buc	1	35.Pensa optica pentru cistoureteroscop analogic cu Richard Wolf 8672.604	24 700
36	33140000-3	36.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru cistoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf	buc	25	36.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru cistoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf	1 750
37	33140000-3	37.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru ureterorenoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf	buc	25	37.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru ureterorenoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf	1 750
38	33140000-3	38.Cablu pentru resectoscop bipolar (TUR), compatibil cu BOWA ARC 300	buc	2	38.Cablu pentru resectoscop bipolar (TUR), compatibil cu BOWA ARC 300	3 700
39	33140000-3	39.Telescop cu unghiul de vedere 12°, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 297 ± 5 mm, compatibil cu resectoscopul Richard Wolf, analogic la 8654.431	buc	1	39.Telescop cu unghiul de vedere 12°, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 297 ± 5 mm, compatibil cu resectoscopul Richard Wolf, analogic la 8654.431	99 600
40	33140000-3	40.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 μ m, analogic la HLF-550-H30	buc	12	40.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 μ m, analogic la HLF-550-H30	96 000

41	33140000-3	41.Teaca externa (Outer sheath) ,diametru 26 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezeoscopului Richard Wolf analogic la 8675426	buc	1	41.Teaca externa (Outer sheath) ,diametru 26 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezeoscopului Richard Wolf analogic la 8675426	10 500
42	33140000-3	42.Teaca interna (Inner sheath) ,diametru 24 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezeoscopului Richard Wolf analogic la 8675324	buc	1	42.Teaca interna (Inner sheath) ,diametru 24 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezeoscopului Richard Wolf analogic la 8675324	19 800
43	33140000-3	43.Elementul de lucru monopolar, partea componenta activa, compatibila cu rezeoscopul Richard Wolf, analogic la 8674205	buc	1	43.Elementul de lucru monopolar, partea componenta activa, compatibila cu rezeoscopul Richard Wolf, analogic la 8674205	38 400
44	33140000-3	44.Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta, in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm	buc	6	44.Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta, in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm	12 000
45	33140000-3	45.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60° , compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP	buc	4	45.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60° , compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP	46 971
46	33140000-3	46.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16° , compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F	buc	4	46.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16° , compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F	39 046
47	33140000-3	47.Periuțe pentru curățare, lungimea de 500 mm, diametrul de 4 mm(set de 4 unitati), analogic cu Bowa 723-000	buc	3	47.Periuțe pentru curățare, lungimea de 500 mm, diametrul de 4 mm(set de 4 unitati), analogic cu Bowa 723-000	6 000
48	33140000-3	48.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 25 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei,cărțușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic)	buc	5	48.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 25 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei,cărțușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic)	34 782
49	33140000-3	49.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va	buc	10	49.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va	69 564

		asigura o închidere "B" a scoabei, cărțișul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului. (Covidien cod EEA28 sau analogic)			închidere "B" a scoabei, cărțișul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului. (Covidien cod EEA28 sau analogic)	
50	33140000-3	50. Aparat de sutură circular, curbat, (EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 30 ± 2 mm, Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei, cărțișul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic)	buc	10	50. Aparat de sutură circular, curbat, (EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 30 ± 2 mm, Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere "B" a scoabei, cărțișul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatică a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic)	69 564
51	33140000-3	51. Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 45 ± 2 mm, conține 15 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA4548S sau analogic)	buc	1	51. Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 45 ± 2 mm, conține 15 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA4548S sau analogic)	3 256
52	33140000-3	52. Cărțiș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 45 ± 2 mm. Caseta conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure (Covidien TA4548L sau analogic)	buc	200	52. Cărțiș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 45 ± 2 mm. Caseta conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze sigure (Covidien TA4548L sau analogic)	100 000
53	33140000-3	53. Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular	buc	1	53. Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confecționate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii	3 256

		a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, conține 20 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA6048S sau analogic)			transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, conține 20 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA6048S sau analogic)	
54	33140000-3	54.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 60 ± 2 mm. Caseta conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.(Covidien TA6048L sau analogic)	buc	200	54.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 60 ± 2 mm. Caseta conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.(Covidien TA6048L sau analogic)	100 000
55	33140000-3	55.Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm	buc	5000	55.Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm	50 000
56	33140000-3	56.Pensa pentru biopsie, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 829.601	buc	1	56.Pensa pentru biopsie, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 829.601	18 400
57	33140000-3	57.Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ±10 mm, analogic la Richard Wolf 828.651	buc	1	57.Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ±10 mm, analogic la Richard Wolf 828.651	18 400
58	33140000-3	58.Pensă de prindere cu capsator, sub unghi de 30°, cu dubla acțiune, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 380 ± 10 mm, analogic la richard wolf, 83976558	buc	20	58.Pensă de prindere cu capsator, sub unghi de 30°, cu dubla acțiune, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 380 ± 10 mm, analogic la richard wolf, 83976558	540 000
59	33140000-3	59. Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea de 420 ± 10mm diametrul 5 mm, analogic cu Richard Wolf 8384.423	buc	1	59. Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea de 420 ± 10mm diametrul 5 mm, analogic cu Richard Wolf 8384.423	4 800
60	33140000-3	60.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru ≥ 330 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087	buc	2	60.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru ≥ 330 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087	33 600
61	33140000-3	61.Mâner în formă de pistol, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930072, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf	buc	2	61.Mâner în formă de pistol, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930072, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf	11 600
62	33140000-3	62.Manier axial, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930082, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf	buc	1	62.Manier axial, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930082, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf	6 000
63	33140000-3	63.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laparoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320mm, analogic cu Richard Wolf 83935094	buc	1	63.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laparoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320mm, analogic cu Richard Wolf 83935094	26 200
64	33140000-3	64.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944	buc	1	64.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944	10 200
65	33140000-3	65.Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423	buc	3	65.Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423	14 400

66	33140000-3	66.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 20 mm, analogic la Richard Wolf 83942935	buc	3	66.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 20 mm, analogic la Richard Wolf 83942935	70 500
67	33140000-3	67.Pensa de apucare atraumatică, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087	buc	3	67.Pensa de apucare atraumatică, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087	50 400
68	33140000-3	68.Pensa pentru coagulare monopolară butonată (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm.	buc	3	68.Pensa pentru coagulare monopolară butonată (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm.	4 506
69	33140000-3	69.Pensa pentru coagulare monopolară, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE	buc	3	69.Pensa pentru coagulare monopolară, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE	10 402
70	33140000-3	70.Pensă de apucare pentru intestin, diametru de 5 mm, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, atraumatică, fenestrat cu dubla acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393249	buc	3	70.Pensă de apucare pentru intestin, diametru de 5 mm, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, atraumatică, fenestrat cu dubla acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393249	21 000
71	33140000-3	71.Ac pentru punctie, diametru 4.7 mm, lungimea de lucru 320± 30 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.49	buc	5	71.Ac pentru punctie, diametru 4.7 mm, lungimea de lucru 320± 30 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.49	12 800
72	33140000-3	72.Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04	buc	1	72.Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04	10 000
73	33140000-3	73.Lama compatibilă cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04	buc	1	73.Lama compatibilă cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04	2 560
74	33140000-3	74.Lama compatibilă cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04	buc	1	74.Lama compatibilă cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04	3 000
75	33140000-3	75.Lama compatibilă cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04	buc	1	75.Lama compatibilă cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04	3 000
76	33140000-3	76.Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 ± 10 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, analogic cu Karl Storz 26183 M	buc	2	76.Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 ± 10 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, analogic cu Karl Storz 26183 M	21 912
77	33140000-3	77.Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, analogic cu 26183 MD	buc	30	77.Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, analogic cu 26183 MD	54 114
78	33140000-3	78.Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, analocig cu Richard Wolf 8389.911	buc	1	78.Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, analocig cu Richard Wolf 8389.911	24 500
79	33140000-3	79.Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 ± 30 mm, analogic cu Karl Storz x	buc	2	79.Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 ± 30 mm, analogic cu Karl Storz x	3 730
80	33140000-3	80.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 5.5mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8921.013	buc	2	80.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 5.5mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8921.013	16 400

81	33140000-3	81.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 10 mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8923.013	buc	2	81.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 10 mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8923.013	16 600
82	33140000-3	82.Instrument sleeve, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 170 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8385.50	buc	2	82.Instrument sleeve, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 170 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8385.50	3 600
83	33140000-3	83.VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 150 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12	buc	1	83.VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 150 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12	2 400
84	33140000-3	84.Tub pentru irigare prin aspirare, diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 310 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.911	buc	1	84.Tub pentru irigare prin aspirare, diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 310 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.911	3 840
85	33140000-3	85.Manier pentru sistema de irigare analogic cu Richard Wolf 8385.901	buc	1	85.Manier pentru sistema de irigare analogic cu Richard Wolf 8385.901	31 600
86	33140000-3	86.Capac pentru sigilare, analogic cu Richard Wolf 8385.902	buc	1	86.Capac pentru sigilare, analogic cu Richard Wolf 8385.902	1 050
87	33140000-3	87.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolar cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 83932925	buc	2	87.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolar cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 83932925	27 400
88	33140000-3	88.Pensă de prindere atraumatică, monopolar, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83931817	buc	2	88.Pensă de prindere atraumatică, monopolar, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83931817	28 800
89	33140000-3	89.Pensă disector Maryland, monopolar, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83932817	buc	2	89.Pensă disector Maryland, monopolar, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83932817	27 400
90	33140000-3	90.Foarfece Metzenbaum,diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83930417	buc	2	90.Foarfece Metzenbaum,diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83930417	27 400
91	33140000-3	91. Cirlig pentru coagulare monopolar (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423	buc	2	91. Cirlig pentru coagulare monopolar (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423	9 600
92	33140000-3	92.Clipse pentru ligasur, in set 108 unitati, analogic cu Richard Wolf 8389.915	buc	1	92.Clipse pentru ligasur, in set 108 unitati, analogic cu Richard Wolf 8389.915	13 200
93	33140000-3	93.Pensa babcock, diametrul de 3.5 mm, lungimea de lucru, de 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83912107	buc	2	93.Pensa babcock, diametrul de 3.5 mm, lungimea de lucru, de 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83912107	33 600
94	33140000-3	94.Pensă de apucare, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83952048	buc	2	94.Pensă de apucare, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83952048	36 600
95	33140000-3	95.Cablu monopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300	buc	3	95.Cablu monopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300	4 080
96	33140000-3	96.Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic,	buc	1	96.Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic,	75 175

		diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D			diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D	
97	33140000-3	97.Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA	buc	1	97.Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA	8 306
98	33140000-3	98.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83935094	buc	1	98.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83935094	26 200
99	33140000-3	99.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944	buc	1	99.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944	10 200
TOTAL						2 854 064,00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii și mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	Obligatoriu încărcat în SIARSAP
2	Oferta tehnică	Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu încărcat în SIARSAP

3	Oferta de preț	Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu încărcat în SIARSAP
4	Cerere de participare la procedura de achiziție	Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu*
5	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<p>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML00000000225166614</p> <p>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____"</p> <p>Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat</p> <p>sau</p> <p>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9</p> <p><i>*În cazul în care garanția va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice.</i></p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</p>	Obligatoriu încărcat în SIARSAP
6	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	Obligatoriu la semnarea contractului
7	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului *	Obligatoriu*
8	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	<p>Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021</p> <p>sau</p> <p>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante,</p>	Obligatoriu la semnarea contractului

		<p>conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML00000000225166614 cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. _____ din _____"</p> <p><i>*În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice.</i></p> <p>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10</p>	
10	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite	Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat și stampilat electronic de către operatorul economic	Obligativiu*
11	Extras din Registrul de Stat a persoanei juridice	Copie-semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu*
12	Declarația privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu*
13	Codul produsului, broșuri, poze, manuale cu date tehnice, alte materiale confirmative).	Obligativiu în oferta se va indica codul produsului din broșură/poze/manual cu date tehnice/catalog	Obligativiu*
14	Mostre	Obligativiu la solicitare se vor prezenta mostre în termen de 2 zile.	Obligativiu*
	<p>NOTĂ:</p> <p>- Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare.</p> <p>- Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categorie nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris.</p>		

Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinate suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii și mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pretul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”
- pe: Conform informației din SIA RSAP „Mtender”

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „Mtender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Conform informației din SIA RSAP „Mtender”*


34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA
semnarea electronică a contractului	DA

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

36. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe STRAJESCU



L.Ș.