



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2,
Tel. 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. 1902-3882 din "01" 11 2021

IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie
E-mail: impscto@ms.md

Sogno SRL
sognomd@gmail.com

Ortofix SRL
ortofix.moldova@gmail.com

copie: Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică COP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629208375002 privind achiziționarea implanturilor pentru osteosinteza coloanei vertebrale - conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022, în urma contestației depuse de către Ortofix SRL înregistrată de către Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor nr. 02/913/21 din 25.10.2021, privind desemnarea operatorului economic Sogno SRL cu oferta ce nu corespunde tehnic cerințelor obligatorii din documentația de atribuire, precum și scrisoarea nr. 106/2021 din 27.10.2021 (*se anexează scrisoarea*) din partea operatorului economic Sogno SRL cu privire la contestația menționată, grupul de lucru a examinat documentele menționate și comunică că se anulează procedura COP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629208375002 privind achiziționarea implanturilor pentru osteosinteza coloanei vertebrale - conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 "privind achizițiile publice", potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Luând în considerare că specialiștii cooptați din cadrul instituției beneficiare au desemnat câștigătoare oferta cu cel mai mic preț ce nu corespundea specificației tehnice solicitate de instituția beneficiară (*se anexează scrisoarea privind evaluarea tehnică nr.01-19/2949 din 18.10.2021*), respectiv, Sogno SRL în scrisoarea sa confirmă că pretențiile contestatarului sunt veridice, totodată, în scrisoare se menționează că "specificațiile tehnice pentru Licitația Nr. 21043368 au fost alcătuite strict conform produselor companiei Tolmed Medikal". (se anexează)

Astfel, CAPCS va solicita instituției beneficiare pentru evitarea situațiilor similare revizuirea specificației tehnice pentru asigurarea unei concurențe largi și remiterea necesarului revizuit întru inițierea unui proceduri noi de achiziții publice în acest sens.

Cu respect,

Director adjunct

Ala GOJAN

Ex: Perciun Irina, tel: 022 222 364

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE

b-dul Ștefan cel Mare nr.190, MD-2004, mun. Chișinău,

Tel. +373 22 24-12-62, Fax. +373 22 24-41-50

e-mail: lmsspcto@ms.md; pagina WEB: www.scto.im-sp.md

Nr. 02-17/2299 din 18.10.2021

Centrul pentru Achiziții Publice
Centrilizate în Sănătate

Prin prezenta, administrația și grupul de lucru al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie vine cu răspuns la scrisoarea nr. Rg02-3174 din 12.10.2021 privind examinarea repetată a ofertei după cel mai mic preț și a mostrelor prezentate de către operatul economic SRL Sogno în cadrul procedurii Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) nr. ocds-b3wdp1-MD-1629208375002 privind achiziționarea „Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale pentru anul 2022”.

Vă prezintăm raportul de evaluare tehnică semnat de către specialiștii coptați, conform tabelului de mai jos:


Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită de către operatorilor economici evaluați.
<p>Tija longitudinală Cu următoarele caracteristici: Diametrul 5,5 - 6,0 mm; Lungimea 40 mm - 480 mm; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto - nucleară); De consistență tare pentru fracturi și diformități; Din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate</p>	<p>Tija longitudinală Cu următoarele caracteristici: Diametrul 5,5 - 6,0 mm; Lungimea 40 mm - 480 mm; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto - nucleară); De consistență tare pentru fracturi și diformități; Din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate - Corespunde</p>
<p>Șurub pedicular monoaxial dotat cu piuliță Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate;</p>	<p>Șurub pedicular monoaxial dotat cu piuliță Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate - Corespunde</p>
<p>Șurub pedicular poliaxial dotat cu piuliță Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 8 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate;</p>	<p>Șurub pedicular poliaxial dotat cu piuliță Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 8 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate - Corespunde</p>
<p>Șurub pedicular monoaxial cu braț lung dotat cu piuliță Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului;</p>	<p>Șurub pedicular monoaxial cu braț lung dotat cu piuliță Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan</p>

Regol-3912
19.10.21

Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V, ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate;	Ti - 6 Al - 4V, ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate - Corespunde
Șurub pedicular poliaxial cu braț lung dotat cu piuliță Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate;	Șurub pedicular poliaxial cu braț lung dotat cu piuliță Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate - Corespunde
Cross-link ajustabil Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, cu suruburi de fixare; Cross-link 40-100 mm Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate;	Cross-link ajustabil Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, cu suruburi de fixare; Cross-link 40-100 mm Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate - Corespunde
Cârlig laminar toracal Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracal (pedicul, lamina, ofset); Pentru barele de max. 5.5 mm sau 6.0 mm; Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate.	Cârlig laminar toracal Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracal (pedicul, lamina, ofset); Pentru barele de max. 5.5 mm sau 6.0 mm; Material: aliaj din titan Ti - 6 Al - 4V. ISO 13485, ISO 9001:2015 - Certificat CE și/sau declarație de conformitate - Corespunde


Totodată solicităm o confirmare din partea operatorului economic SRL Sogno prin care să afirme că trusa de instrumente este dotată cu instrument de tăiere a tijelor tip guillotină.

Directorul



Serghei ȘTEPA

Membrii grupului de lucru:



Usatîi Andrei



Tagadiuc Anatolie



FPC "SOGNO" S.R.L.

Mun. Chişinău, str. Academiei nr. 2

Tel./Fax: 022 727525

Fax: 022 281914

Mob.: 069129543, 069501993

E-mail: sognomd@gmail.com

Nr. 106/2021 din 27.10.2021
la Nr. 05/2778/21 din 25.10.2021

Către,

**Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor**

**Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate**

**IMSP Spitalul Clinic de T
raumatologie și Ortopedie**

Prin prezenta vă comunicăm, că pretențiile, înaintate de compania ORTOFIX SRL prin Contestația Nr.40/1275 din 22.10.2021 sunt veridice în partea ce ține de următoarele:

1.3 Șurub pedicular poliaxial dotat cu piulită

Compania SOGNO SRL a oferit șuruburi pediculare cu diametrul până la 7.5mm, adică nu au fost oferite șuruburi cu diametrul 8.0mm, fapt care real a fost specificat în ofertă.

1.6 Cross-link ajustabil

Compania SOGNO SRL a oferit Cross-link-uri cu lungimea până la 80mm, adică nu au fost oferite Cross-link-uri cu lungimea până la 100mm, fapt care real a fost specificat în ofertă.

Deasemeni confirmăm, că din greșeală oferta a fost însoțită de catalogul vechi al companiei Changzhou Hengjie Medical, din care cauză codurile produselor oferite nu corespund cu imaginile din catalog.

La solicitarea beneficiarului a fost prezentată mostra de Cross-link în set cu suporturile și piulițele de fixare, care în totalitate corespund specificațiilor solicitate.

1.6 Cârlig laminar toracal

Codurile cârligelor oferite nu corespund cu imaginile din catalog deoarece din greșeală oferta a fost însoțită de catalogul vechi al companiei Changzhou Hengjie Medical.

La solicitarea beneficiarului a fost prezentată mostra de Cârlig laminar pentru bara 6.0mm, care în totalitate corespunde specificațiilor solicitate.

27.10.2021
Sogno-4054
21

Reieșind cele expuse mai sus, considerăm că formal sunt întrunite condițiile de respingerea ofertei companiei SOGNO SRL și acceptarea ofertei companiei ORTOFIX SRL.

Compania SOGNO SRL nu va contesta această decizie, fapt pentru care este inutilă organizarea ședinței on-line din 02.11.2021.

Tot odată menționăm, că specificațiile tehnice pentru Licitația Nr. 21043368 au fost alcătuite **strict conform produselor companiei Tolmed Medikal** (distribuitor compania ORTOFIX SRL), fapt care nu a permis a oferi produse de la alți producători cu corespunderea specificațiilor. În deosebi aceasta se referă la includerea în specificații a produselor care practic nu se folosesc (șuruburi pediculare cu diametrul 8.0mm și Cross-link-uri cu lungimea 100mm).

Cu respect,
Director

P. Iarovoi

Digitally signed by Iarovoi Petru
Date: 2021.10.27 12:28:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

