

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. 115
din din "15"09.2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numarul procedurii de achiziție: 21132333 din 29.12.23								
Denumirea procedurii de achiziție: Teste indicatoare 2024 (Repetat)								
Lot	Codul	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	33198000-4	Test indicator 134°C - (5 min. universal)	ИНТЕКТ-II-134/5-02 univrsale 	Rusia	VINAR	134°C (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	ИНТЕКТ-II-134/5-02 universale , 1000, cu jurnal134°C (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și menține mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele sunt ambalate în pachet de polietilenă, este prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor. Ambalaj 1000 teste.	Cepr. Coотв.,ISO
3	33198000-4	Test- indicator 55°(extern)	ИЛИА3МА-1 	Rusia	VINAR	55°C(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție. Notă: culoarea indicatorului după procedura de sterilizare să nu revină la culorea inițială. Calitatea testului să fie de clasa IV.	ИЛИА3МА-1 - Test- indicator 55°(extern) . Teste 55°C(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma, este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție. Culoarea indicatorului după procedura de sterilizare nu revine la culorea inițială. Calitatea testului este clasa I. Ambalaj 500 teste.	Cepr. Coотв.,ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2