

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680177467862 din 21 mai 2023, 16:34 - 11 iun 2023, 16:34

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

Co d CP V	Nr. d/o	Denumire Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
			1	2	3	4	5	6	7
			Bunuri/servicii						
331 000 00- 1	19	Lampă cu fantă, ocular 10x	Lampă cu fantă, ocular 10x	SL-IC4 D	Germania	Oculus	"Binocular cu oculari de 10x sau 12,5x, cu ajustare dioptrică de la -7D până la +7D; Mărirea în minim 5 trepte: 5x/ 6x, 8x/10x,12x/ 16x, 20x/25x,32x/40x; Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman sau Volk minim : 60 mm; Ajustarea fantei pe orizontal(diapazonul minim): 0 - 14 mm (continuu); Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul minim): 1 - 14 mm(trepte și continuu); Ajustarea unghiul de înclinare (diapazonul minim): 0° - 20°; Unghiul de rotire dreapta/stânga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea inițială 0°; Unghiul de rotire dreapta/stânga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea inițială 0°; Deplasarea bazei manevrat de joystick; Deplasarea laterala a bazei minim: 100 mm ; Deplasarea adâncime a bazei minim: 90 mm ;	12,5x, cu ajustare dioptrică de la -8D până la +8D 6x,10x,16x, 25x,40x 60 mm 0 - 14 mm (continuu); 0.2-14 mm 0-13° 360° (continuu) 360° (continuu) DA 107 mm 110 mm	ISO,CE

						Deplasarea înălțimii a bazei minim: 25 mm ; Reglarea înălțimii bărbiei minim: 50 mm; Filtre: albastru cobalt, verde; Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim; Temperatura culorii : 3300°K ± 300. Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Dispozitivul să fie dotat cu aparat foto pentru capta imaginea vizualizată de utilizator și ocular pentru asistent sau: - o cameră incorporată cu rezoluția minim 2592 x 1944 pixeli; - calculator cu spațiu de stocare minim 250GB; - monitor cu rezoluția minim 1920 x 1080 pixeli; - periferia: tastatură, maus și minim 1 port USB pentru export în format PDF sau JPG. Accesorii: Lampă de rezervă - 10 unit. (în cazul oferiței cu LED este necesar doar 1 unit.) Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.	25 mm DA Albastru, roșu, densitate neutră (difuza) Da,LED 4000 k Da 220V / 50 Hz Da Da Da Da Da, 1 unit LED 2023 24 luni Da Da Da Da	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	24h Da, Da Da	
3310 0000 -1	32	Masa de examinare endoscopică	Masa de examinare endoscopică	G 04 01 + D 04 02	Cehia	Golem	Destinat pentru investigații endoscopice. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrică pe înălțime, diapazonul minim 70 cm – 100 cm. Cu ajustare electrică pentru cap, diapazonul minim 0 – 50°. Tredelenburg minim 20°. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maxima de încărcare mai mare sau egal 150 Kg. Suprafața utilă minim 180 cm x 60 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu	Destinat pentru investigații endoscopice. Cu 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrică pe înălțime, diapazonul de 62 cm – 92 cm. Cu ajustare mecanică pentru cap, diapazonul ±30° (total 60°). Tredelenburg 30° cu ajustare electrică. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maxima de încărcare 150 Kg. Suprafața utilă minim 200 cm x 63 cm. Tensiunea de alimentare 230 V, 50-60 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - da	ISO,CE

							Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	
3310 0000 -1	46	Autorefract o keratometru	Autorefracto keratometru	Oculus PARK 1	Germania	Oculus Optikgeräte GmbH	Măsurări: diametrul minim al pupilei 2 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; keratometrie (diapazoanele minime necesare): raza de curbura a corneei de la 5.00 până la 10.00 mm, cu pasul 0.01 mm; putere de refracție de la 33.00 până la 67.00 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; astigmatism : să asigure măsurările în intervalul de la -10D până la +10D cu pasul 0.12D și 0.25D axa 1 - 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupulare: automat; manual (le la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystic; reglarea înălțimii bărbiei motorizată: minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz;	2,5 mm -20 to +22 D (CVD=12mm) (choice of 0.01, 0.12 and 0.25 diopter increments) 10 D (CVD=12 mm) (choice of 0.01, 0.12 and 0.25 diopter increments) 0° to 180°, (in 1° increments) 5 to 7 mm (in 0.1 - mm increments) 9 to 99 D (+/_0.1 D) 0° to 180°, (in 1° increments) 20 to 80 mm (in 0.1 - mm increments) Da Da, automata USB TFT -LCD 5.7 (touchscreen) Da 220V,50 Hz	CE/ISO

							Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Da Da Da Da Da Da Da Da	
3310 0000 -1	48	Autorefracto pahimetru	Autorefracto pahimetru	Oculus PARK 1	Germania	Oculus Optikgeräte GmbH	Măsurări: distanța vertex (diapazonul minim necesar): 0 - 15 mm; diametrul minim al pupilei 3 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -20D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°. măsurarea distanței interpupulare: automat; manual (de la 20 până la 80mm, pasul 1mm).	0 – 16,5 mm 2,5 mm -20 până la +20 D (CVD=12mm) (cu pasul 0.01, 0.12 și 0.25D) 10 D (CVD=12 mm) (cu pasul 0.01, 0.12 și 0.25D) 0° până la 180°, (cu pasul 1°) 20 până la 80 mm (cu pasul 0.01 mm)	ISO, CE

						pahimetria (diapazon minim necesar): de la 200 până la 1200 μm. Deplasarea bazei manevrat de joystick. Reglarea înălțimii bărbiei. Interfețe pentru import/export date (minim): USB Imprimantă incorporată. Monitor LCD tactil color minim 5.5 inch. Suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	200 până la 1200 μm. DA Da USB DA TFT -LCD 5.7 (tactil) Da Da,100- 240 V/ 50- 60 Hz DA DA DA DA 2023 24 luni Da Da Da Da Da Da	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	Da Da	
3310 0000 -1	50	Autorefractometru	Autorefractometru	Oculus PARK1	Germania	Oculus Optikgeräte GmbH	Măsurări: distanța vertex (diapazonul minim necesar): 0 – 15 mm; diametrul minim al pupilei 3 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupulare: automat; manual (de la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystic; reglarea înălțimii bărbiei motorizată minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	20 – 16,5 mm 2,5 mm -20 până la +20 D (CVD=12mm) (cu pasul 0.01, 0.12 și 0.25D) 10 D (CVD=12 mm) (cu pasul 0.01, 0.12 și 0.25D) 0° până la 180°, (cu pasul 1°) 20 până la 80 mm (cu pasul 0.01 mm) DA DA USB DA TFT -LCD 5.7 (tactil) Da 100- 240 V/ 50- 60 Hz DA DA DA 2023 24 luni	ISO, CE

							Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Da Da Da Da Da	
3310 0000 -1	57	Canapea electrică de examinare	Canapea electrică de examinare	G 02 02 + D 02 02 + D 01 04	Cehia	Golem	Destinat pentru examinarea pacienților. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrică pe înălțime. Cu ajustare manuală a secțiunilor cap. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maximă de încărcare nu mai mică de 150 kg. Suprafața utilă minim 180 cm x 60 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.	Destinat pentru examinarea pacienților. Cu 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrică pe înălțime cu acces din ambele părți (butoanele sunt poziționate pe ambele părți ale canapelei); poziția poate fi schimbată chiar și cu încărcarea maximă ale mesei. Cu ajustare manuală a secțiunilor cap cu înclinare de ±30° (total 60°). Tapițerie din piele ecologică rezistentă la detergent chimic. Alternativ, se oferă telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maximă de încărcare nu mai mică de 150 kg. Suprafața utilă de 200 cm x 63 cm. Tensiunea de alimentare 230 V, 50-60 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022.	ISO,CE

							În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - da. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	
3310 0000 -1	59	Fotoliu diagnostic ORL(Electro mecanic)	Fotoliu diagnostic ORL(Electrome canic)	G 05 03	Cehia	Golem	Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Destinat pentru examinarea pacienților. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Unghiul reglabil spătar, diapazon minim necesar: 0-45°. Perna de picior nu se poate mișca, este fix, îndreptată în jos. Scaunul se poate mișca în sus și jos, controlat de pedală/telecomandă sau ambele. Scaunul se poate întoarce la minim 180°. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.	Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Destinat pentru examinarea pacienților. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Unghiul reglabil spătar, diapazon: de la +17° până la +96°. Perna de picior poate fi ajustată manual până la poziție de culcare, inițial, este îndreptată în jos. Scaunul se poate mișca în sus și jos: 52 - 72 cm, controlat telecomandă. Scaunul se poate întoarce ±90° (total -180°). Tensiunea de alimentare 230 V, 50-60 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - da.	ISO,CE

							În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - da. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	

Ofertantul: **“AG Medical”SRL**
Semnat: _____
Numele, Prenumele: **Rusu Cristina**
În calitate de: **administrator**