

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1731495933330/21310391 conform SIARSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
4.Cromatograf CROM-5	Crom-5	Cehoslovacia	Cehoslovacia	<ul style="list-style-type: none"> - Controlul ermeticității- cuplărilor magistrarilor de gaze si inlaturarea defectelor - Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze - Testarea purității injectorului si curățirea lui - Testarea purității și curățirea detectorului DTP - Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor - Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtator - Testarea funcționării și înlaturarea defectelor înregistratorului. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local	Documența normativ-tehnică	Cerințe tehnice cromatografe

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ruslan Guci** În calitate de: **director**
Ofertantul: **SRL „Repelcom”** Adresa: **m. Chișinău str. V. Lupu 6 of. 52**

