

Specificații tehnice (F4.1)



SC „DMLink” SRL c/f: 1016600004084
 RM, or. Chișinău, str. Podul Inalt 20/1 ,ap.9,
 IBAN MDL: MD27MO2224ASV97876117100, cod: MOBBMD22
 Bank: BC”MOBIASBANCA - OTP GROUP” S.A, Filiala Nr.9,Chisinau
 Cod TVA: 0405270
 Email a.canter@dmlink.md
aureliacanter423@gmail.com,
 Tel: 076004003

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1629541303631 din 20.10.2021
	Denumirea procedurii de achiziție: <i>Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Național de control al Tuberculozei pentru anul 2022</i>

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	13	Respirator cu supapă	KN95 Disposable protective Masks with 5 layers+valve	China	RPC	Respirator cu filtru de particule,cu valvă. Capacitatea de filtrare min. 94% FFP3. Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipește de gură (de exemplu nas de rață, cu cupă, ș.a.). De unică folosință. Cu benzi elastice pe cap, fixabile, moi.)	KN95 Disposable Protective Masks with 5 Layers + Valve/ Masca faciala de unica folosinta KN95 + Supapa <ul style="list-style-type: none"> - Clemă de fixare și reglare a nasului, - -sistem de prindere cu 2 benzi care asigură o tensiune uniformă pe toată suprafața de contact cu fixare sigură 	Conform SIA RSAP

							<p>pentru diverse dimensiuni și conformații ale capului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benzile fixate sigur de respirator. - Filtrare antibacteriană min.95 % conform standardului KN95. - Formă ergonomică, flexibilă, moale, nesterilă, hipoalergică, permeabilitate bună a aerului. - -Număr de straturi-5, - -Dimensiune filtrare $\geq 0,3$ microni, - -Număr pliuri 1, - Material polipropilenă, - Proprietăți hipoalergenic, <p>Culoare albă.</p>	
33100000-1	20	Termometru digital non-contact	HG01 V1	China	Hunan Honggao Electronic Tehnology Co., Ltd.	<p>Digital, infraroșu, non-contact pentru corp și suprafețe. Diapazon de măsurare: $-30^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$, alimentare baterie, precizia de măsurare $<0,1^{\circ}\text{C}$ (grade Celsius), Măsurarea temperaturii de la distanța 1~10 cm. Marcaj CE, certificat CE.</p>	<p>Digital Infrared Thermometer, HG01 V1 Digital, infraroșu, non-contact pentru corp și suprafețe. Diapazon de măsurare: $-30^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$, alimentare baterie, precizia de măsurare $<0,1^{\circ}\text{C}$ (grade Celsius), Măsurarea temperaturii de la distanța 1~10 cm. Marcaj CE, certificat CE.</p>	Conform SIA RSAP

Semnat: _____

Nume: Aurelia Canțer

În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: Societate cu răspundere limitată „DMLink”

Adresa: mun. Chișinău, strada Columna, 153, MD-2032

Data: “ 20” octombrie 2021