

# ÎCS „TehGaz Grup” SRL

MD-2069, or. Chișinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

## Certificat de calitate № 2491 pentru oxigen medicinal în stare gazoasă


Partida №: 2605

Numărul cisternei LITK 5/0,25

Masa netă ----

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de	99,5	99.70
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.0002
3	Concentrația de H <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO <sub>2</sub> , nu mai mare	0.01	0.05
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O <sub>3</sub> și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78**

Inginer laborant: 

Data: 28.05.2021

Laboratorul Secției de Producere

