

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1700471227072						Data: 25.11.2023	
Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitive medicale						Pagina 1 din 1	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	Lotul nr. 2 Baie cu ultrasunet	ULTR-2L0-001	Spania	LabBox	Frecvența ultrasunete 42,000 Hz Material rezervor: oțel inoxidabil Capacitate rezervor: de la 1,5 litri până la 2,5 litri Cronometru digital cu minim 3 cicluri Sursa de alimentare: AC100V-120V)/50/60Hz AC100V-240V) 50/60Hz Putere: 160W(AC110V-120V);170W(AC220V-240V) Dimensiunea unității: aproximativ 35x26x23cm (Lx W x H) Greutatea: 3 - 4 kg Pașaportul tehnic și manualul de utilizare tradus în limba română/rusa	Frecvența ultrasunete 40,000 Hz Material rezervor: oțel inoxidabil. Capac și coș incluse. Ecran digital care arată temperatura și timpul. Controlul temperaturii (reglabil de la RT la 80°C). Capacitate rezervor: de 2 litri Cronometru digital 0-30 min. Sursa de alimentare: AC220V-240V) 50/60Hz Putere: 100+80W(AC220V-240V) Dimensiunea camerei : 150 x 135 x 100 Greutatea: 3 kg Pașaportul tehnic și manualul de utilizare tradus în limba română/rusa	

Valabilitatea ofertei - 30 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chişinău, bd. Decebal, 17/Z-7**