

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1715166014044 din 08.05.2024
Obiectul de achiziției: Veselă de Laborator, utilaj și consumabile pentru laboratoarele LÎPA din subdiviziuni (or. Bălți și or. Dondușeni)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
LOT 38 Analizor pentru activitatea apei (Aw)	AQUALAB Pre	SUA	Aqualab	<b>Activitatea apei</b> Domeniu: min 0.030–1.000 w Rezoluție: $\geq 0.0001$ w Acuratete: $\pm 0.003$ (WA-IR dew point) $\pm 0.015$ (WA-DP capacitance) Repetabilitate: $\geq 0.001$ w <b>Temperatura</b> Domeniu: 15-50 °C Rezoluție: $\geq 0.01$ °C Acuratete: $\pm 0.2$ °C <b>Specificatii tehnice</b> -Timpul de citire:aprox.5 min Capacitate recipient de proba: $\geq 7.5$ mL/recomandat 15 mL Sample cup capacity: $\geq 14$ mL Conditii de operate: temperatura 4°C .. 50°C / RH 0% .. 90% fara condens Alimentare:110–220 VAC 50/60 Hz Optional Accessories	<b>Activitatea apei</b> Domeniu: min 0.05–1.000 w Rezoluție: 0.001 w Acuratete: $\pm 0.01$ ( $a_w$ dew point) <b>Temperatura</b> 25 °C Standart, Acuratete: $\pm 0.2$ °C <b>Specificatii tehnice</b> -Timpul de citire:5 min sau mai puțin Capacitate recipient de proba: 15 mL/recomandat 7 mL Sample cup capacity: 15 mL Conditii de operate: temperatura 5°C .. 40°C / RH 0% .. 90% fara condens Alimentare:110–220 VAC 50/60 Hz Pot fi incluse <b>opțional</b> următoarele accesorii: Plita electrica cu placa pentru	

				Plita electrica cu placa pentru echilibrarea temperaturii, Filtre, Imprimanta seriala, Geanta de transport, Solutii standarde de verificare, Solutii de curatare Cuve de unica folosinta de 15 ml/set de 100 sau 500 <b>Certificate ISO 9001:2015</b> Certificat EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) - Certificat de garantie si post garantie	echilibrarea temperaturii, Soft pentru managementul datelor, Imprimanta seriala, Solutii standarde de verificare, Solutii de curatare Cuve de unica folosinta de 15 ml/set de 100 sau 500 <b>Certificate ISO 9001:2015</b> Certificat conformitate CE AOAC Metodă aprobată de pentru Măsurarea activității apei Certificat de garantie si post garantie	
LOT 39 Set de consumabile 8000 ore de lucru pentru generatorul de azot	SK.N2-1.DM.4000.V1.G	Franța	F-DGSi	Setul include consumabilele necesare spre inlocuire dupa 8000 ore de lucru pentru generatorul de azot F-DGSi CALYPSO utilizat la sistemul Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS.	Setul include consumabilele necesare spre inlocuire dupa 8000 ore de lucru pentru generatorul de azot F-DGSi CALYPSO utilizat la sistemul Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS.	
LOT 40 Arc elicoidal inclinat set	G2571-67001	SUA	Agilent	Arc elicoidal inclinat – set 4buc, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 6470/Ultivo	Arc elicoidal inclinat – set 4buc, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 6470/Ultivo	
LOT 41 Filtru set pentru pompa de vid cu ulei	G1960-80039	SUA	Agilent	Filtru cu set de garniture pentru pompa de vid cu ulei model MS40+, compatibil pentru sistemul Agilent 6470/Ultivo LCMS	Filtru cu set de garniture pentru pompa de vid cu ulei model MS40+, compatibil pentru sistemul Agilent 6470/Ultivo LCMS	
LOT 42 Teu, 1/4 inch, set	5180-4129	SUA	Agilent	Teu, 1/4 inch, tip Swagelok, set 2 bucati, compatibil pentru sistemul Agilent 6470/Ultivo LCMS	Teu, 1/4 inch, tip Swagelok, set 2 bucati, compatibil pentru sistemul Agilent 6470/Ultivo LCMS	
LOT 43 Cupa de extractie	A00000290	Italia	Velp	Cupa de extractie ( acesorii) pentru solvent Extractor automat tip SER 158. Sticla speciala termorezistenta , rezistenta mecanica ridicata, cu diametrul 56 x 120 mm, 3 cupa/box	Cupa de extractie ( acesorii) pentru solvent Extractor automat tip SER 158. Sticla speciala termorezistenta , rezistenta mecanica ridicata, cu diametrul 56 x 120 mm, împachetare 3 cupa/box (în ofertă preț per bucată)	

LOT 44 Cartuse de extractie pentru determinarea grasime prin metoda Soxhlet)	A00000295	Italia	Velp	Celuloza pura fara continut de grasimi, cutie 25 bucati. Diametru interior: 30 mm, Diametru exterior: 34 mm, lungime: 80 mm	Celuloza pura fara continut de grasimi, împachetare cutie 25 bucati (în ofertă preț per bucată). Diametru interior: 33 mm, lungime: 80 mm
LOT 46 Cuvă fluorimetru din quartz cu capac de 10 mm	6610000900	SUA	Agilent	Cuva fluorimetru din quartz cu capac de 10 mm, pentru spectrofotometrie cu absorbție moleculară, drum optic: 10 mm, patru fete polishate, latime internă: 10 mm, set format din 2 bucati	Cuva fluorimetru din quartz cu capac de 10 mm, pentru spectrofotometrie cu absorbție moleculară, drum optic: 10 mm, patru fete polishate, latime internă: 10 mm, set format din 2 bucati

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**