

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul	licitației: 21017431				Data: 22/01/2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației:	Achiziționarea reactivelor și articolelor pentru laboratorul diagnostic.				Lot: 8-12, 14.	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referință	Termenul de livrare/prestare
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii							
8	33696500-0	Țoliclon anti Duo clon (IgM+IgG), cu pipetă dozator	BG-DBLEND10	MB	Rapid Labs	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	ISO, CE	Conform cerintelor
9	33696500-0	Țoliclon anti A, cu pipetă dozator	BG-A10	MB	Rapid Labs	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	ISO, CE	Conform cerintelor
10	33696500-0	Țoliclon anti AB, cu pipetă dozator	BG-AB10	MB	Rapid Labs	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	ISO, CE	Conform cerintelor
11	33696500-0	Țoliclon anti B, cu pipetă dozator	BG-B10	MB	Rapid Labs	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	ISO, CE	Conform cerintelor

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referință	Termenul de livrare/prestare
12	33696500-0	Țoliclon anti D super, cu pipetă dozator	BG-DIGM10	MB	Rapid Labs	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	ISO, CE	Conform cerintelor
14	33696500-0	Țoliclon anti Kell, cu pipetă dozator	BG-KELL10	MB	Rapid Labs	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ;specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau rusă .	ISO, CE	Conform cerintelor
		Total							

Semnăt: _____Numele, prenumele: Iuliana PETUHOVA În calitate de: Manager Produs și Vânzări

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova