

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21077969 din 18.04.2023**
**Obiectul de achiziție: Articole parafarmaceutice și consumabile medicale pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 12</b>						
Lotul 12. Termofor combinat	Б-3(комб)	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»		<p>Placa de încălzire de tip B este destinată încălzirii locale a corpului (tampă de încălzire cu dop), clătire și spălare (tampă de încălzire cu accesorii).capacitate 3 litri</p> <p>2. Completitudine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Placa termica asamblata tip A - 1 buc.</li> <li>- dopul cu șurub cu orificiu traversant - 1 buc.</li> <li>- Sfaturi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>pentru copii - 1 buc.</li> <li>pentru adulți - 1 buc.</li> <li>uterin - 1 buc.</li> </ul> </li> <li>- Tub din cauciuc sau PVC - 1 buc.</li> <li>- Clemă - 1 buc.</li> <li>- Instrucțiuni de utilizare - 1 bucata</li> </ul>	<b>Declaratie de conformitate</b>
<b>Total lot 12</b>						
<b>Lotul 13</b>						
Lotul.13 Set pentru cateterizare a vaselor centrale	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Steril,7Fr/20cm	<p>Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției</p> <p>Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță</p> <p>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est</p> <p>Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului</p> <p>Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului</p> <p>Conținut kit:</p> <p>Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu</p> <p>Lumen mono</p> <p>Dimensiune (Ga) 14</p> <p>Lungime (cm) 20</p>	CE
<b>Total lot 13</b>						
<b>Lotul 17</b>						
Cateter Ultra Novo N 20	0200030020	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter Ultracath Novo p/u drenare toracala, cu troacar, 20Fg	<p>Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic.</p> <p>Mărimile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie.</p> <p>Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu.</p> <p>contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da</p> <p>Diametru exterior 20 Fg</p> <p>Lungime 40 cm</p> <p>Numărul (ochii) 3</p>	CE

Cateter Ultra Novo N 22	0200030024	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter Ultracath Novo p/u drenare toracala, cu troacar, 22Fg	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Mărimile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie. Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da Diametru exterior 24 Fg Lungime 40 cm Numărul (ochii) 3	CE
<b>Total lot 17</b>						
<b>Lotul 18</b>						
Lotul 18.Set de tuburi gofrate circuit pentru ventilarea adulti	4302021210	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH		Circuit de respirație cu tub ondulat, piesa în Y și cot cu orificiu de CO2. Steril: Nu	CE
<b>Total lot 18</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23