

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<u>MTenderID</u> ocds-b3wdp1-MD-1620885756763	Data: 24 mai 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“achiziționare echipament de radioprotecție (REPETAT) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Pozitia Nr.: <u>1, 2, 3, 4 și 5</u>	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL	Standa r-de de referin ță
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
18130 000-9	Lot 1. Șorț radioprotecție fustă-vestă	VEST&SKIRT Code: 23912	Turcia	Radi Tehnoloji Medikal San.ve Tic. A.Ş.	Șorț alcătuit din fustă și vestă. Cele două părți din față ale vestei se suprapun și oferă o protecție totală de 0,35mm Pb sau 0,5mmPb. Ușor de îmbrăcat. Grosime Pb spate-0,25mm Mărimi obligatorii: Marimea "L" sau "XL" (recomandat pentru talie toracica 108-125cm si talie pelvina de 96-110 cm, inaltime fusta de 70 cm) - 1 buc; Marimea "M" (Recomandat talie torace 91-108cm, talie pelvis-66-95 cm, Inaltime fusta - 70cm) - 9 buc. Gamă de minim 5 culori. Calitate și model LaedLite sau echivalentul.	Șorț alcătuit din fustă și vestă. Cele două părți din față ale vestei se suprapun și oferă o protecție totală de 0,35mm Pb sau 0,5mmPb. Ușor de îmbrăcat. Grosime Pb spate-0,25mm Mărimi obligatorii: Marimea "L" sau "XL" (recomandat pentru talie toracica 108-125cm si talie pelvina de 96-110 cm, inaltime fusta de 70 cm) - 1 buc; Marimea "M" (Recomandat talie torace 91-108cm, talie pelvis-66-95 cm, Inaltime fusta - 70cm) - 9 buc. Gamă de minim 5 culori. Calitate și model LeadLite	CE, ISO
18130 000-9	Lot 2. Șorț de radioprotecție	COAT TYPE Code: 23990	Turcia	Radi Tehnoloji Medikal San.ve Tic. A.Ş.	Să asigure protecție a corpului de 360 grade. Oferă îmbrăcare-dezbrăcare ultrarapide. Centură elastică cu rol de a ridica și distribui o parte din greutatea șorțului și pe șolduri. Grosime Pb din față 0,35mm sau 0,50mm. Grosime Pb în partea din spate de 0,25mm. Mărimi obligatorii: "L" (recomandat pentru talie toracica 116-135cm si talie pelvina de 100-	Asigură protecție a corpului de 360 grade. Oferă îmbrăcare-dezbrăcare ultrarapide. Centură elastică cu rol de a ridica și distribui o parte din greutatea șorțului și pe șolduri. Grosime Pb din față 0,35mm sau 0,50mm. Grosime Pb în partea din spate de 0,25mm. Mărimi obligatorii: "L" (recomandat pentru talie toracica 116-135cm si talie pelvina de 100-125 cm, inaltime de 110 cm) - 2 buc;	CE, ISO

					125 cm, inaltime de 110 cm) - 2 buc; "M"(recomandat pentru talie toracica 100-115cm si talie pelvina de 81-99 cm, inaltime de 110 cm) - 2 buc; Material folosit- mai ușor decât Pb. Gamă de minim 5 culori diferite. Calitate și model LaedLite sau echivalentul.	"M"(recomandat pentru talie toracica 100-115cm si talie pelvina de 81-99 cm, inaltime de 110 cm) - 2 buc; Material folosit- mai ușor decât Pb. Gamă de minim 5 culori diferite. Calitate și model LeadLite	
18130 000-9	Lot 3. Guler tiroidian	TYROID COLLAR Code: 239401	Turcia	Radi Teknoloji Medikal San.ve Tic. A.Ş.	Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb - 0,50 mm. Material ușor comparative cu Pb. Mărime universal, închidere ajustată cu Velcro. Gamă de minim 5 culori. Calitate și model LaedLite sau echivalentul	Asigură o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb - 0,50 mm. Material ușor comparative cu Pb. Mărime universal, închidere ajustată cu Velcro. Gamă de minim 5 culori. Calitate și model LeadLite	CE, ISO
18130 000-9	Lot 4. Ochelari cu radioprotecție	X RAY EYEWEAR Code: RX-808	Turcia	Radi Teknoloji Medikal San.ve Tic. A.Ş.	Designul ochelarilor trebuie să se adapteze armonios la anatomia feței. Designul modelului să ofere protecție laterală extinsă prin inserții adiționale în cadru. Lentile de proctie de calitatea cea mai bună, ce garantează cele mai bune valori ale transiterii luminii și o rezistență maxima la rupere. Risc minim de rănire datorită formei și componentele utilizate. Risc de alergie scăzut. Strat de acoperire durabil. Protecție de 0,5 mm Pb sau 0,75 mm Pb. Dimensiuni smallmedium sau large.	Designul ochelarilor se adaptează armonios la anatomia feței. Designul modelului oferă protecție laterală extinsă prin inserții adiționale în cadru. Lentile de proctie de calitatea cea mai bună, ce garantează cele mai bune valori ale transiterii luminii și o rezistență maxima la rupere. Risc minim de rănire datorită formei și componentele utilizate. Risc de alergie scăzut. Strat de acoperire durabil. Protecție de 0,75 mm Pb. Dimensiuni small, medium sau large.	CE, ISO
18130 000-9	Lot 5. Capeline	LEAD CAP Code: 239300	Turcia	Radi Teknoloji Medikal San.ve Tic. A.Ş.	Capelină sub formă de bonetă ce oferă protecție întregului craniu. Grade de protective obligatorii 25 mmPb și 25 mm Pb. Calitate și model LaedLite sau echivalentul	Capelină sub formă de bonetă ce oferă protecție întregului craniu. Grade de protective obligatorii 25 mmPb și 25 mm Pb. Calitate și model LeadLite	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)