

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783517141738 din 29 iul 2026, 13:37 - 15 aug 2026, 13:37

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice CODURI GENERICE pentru anul 2027

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	6	Lampă cu fantă	SLH 3XC LED (KSL-H)	UK	Keeler	Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥ 100 Deplasare în adâncime, mm ≥ 100 Deplasare în înălțime, mm ≥ 30 Reglare fină de la joystick, mm $\geq \pm 10$ Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Obligatoriu Accesorii Setul standard Bec min. 2 buc.	Da, p.2;6,brosura 0-12mm, p.6, brosură 1mm-12mm, p.6 brosură +/- 180 gr, p.6 brosură Clar, rosu, neutral,difuzie, albastru, Da, p.2, brosură Da, 10x, 16x,25 x Prin rotire de miner Da,-7 / +7 Da,107 mm, p.6 brosură Da,110mm, p.6 brosură 25mm, p.6 brosură 12 mm, p.6 brosură Da,mai mult de 70 Da, p.40, catalog Da Nu necesita (LED,minim 10000h)	Dosar depus AMED DM000921560

33100 000-1	15	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza)	Mothercare 3	Turcia	Meissa	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă diapazon minim 60 - 80 cm Capacitate maximă ≥ 180 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 4 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă diapazon minim 51 - 82 cm Capacitate maximă ≥ 230 kg	DM000594856
33100 000-1	22	Cardiomonitor fetal 260800	BT-350L	Corea	Bistos	Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulsativă ,diapazon - 0.985...2.5 MHz Frecvența cardiacă a fătului,diapazon 30-240 bpm Activitatea uterină obligatoriu Referință control zero obligatoriu Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Numărul de canale 2 Imprimantă termică, încorporată Alarmer vizuale și acustice Afișaj LCD, color Conexiunea PC obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Hîrtie pentru imprimantă ≥ 5 buc. Set de electrozi ≥ 1 Gel de contact ≥ 1 litru Suport pe roțile (indicarea modelului obligatorie)	Cardiomonitor fetal Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulsativă ,diapazon -0.985 MHz Frecvența cardiacă a fătului,diapazon 30-240 bpm Activitatea uterină obligatoriu Referință control zero obligatoriu Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Numărul de canale 2 Imprimantă termică, încorporată Alarmer vizuale și acustice Afișaj LCD, color Conexiunea PC obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Hîrtie pentru imprimantă ≥ 5 buc. Set de electrozi ≥ 1 Gel de contact ≥ 1 litru Suport pe roțile (Cart for BT-350)	DM000499719
33100 000-1	24	Sterilizator 80 L 270320	HAS-T70I	China	Biobase	Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația	Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația	CE/ISO

						Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 70l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura +10-+250C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 2+1 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	
33100 000-1	27	Electrocoagulat or bipolar 280220	Excel 400 MCDSe,	Italia	Alsa	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate), Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă da,	DM000051754

					Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului	Frecvența 440 KHz,p. 8 broșura (Br.) Canale de ieșire Monopolar izolat, Da, 2 canale, p.8 Br. Comutator de mână da, p.8 Br Comutator de picior tip pedală dublă, p.8 Br. Da, Bipolar , p.8 Br. Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W, p.10 Br. ≥ 350 Ohm, p.10 Br. Coagulare ≥ 250 W ≥ 250 Ohm, p. 10 Br. Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 300 Ohm, p.10, Br. Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm, p.10, Br. Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray, da ,p.3 Br. 13 regimuri (4-tăiere monopolară; 4-coagulare monopolară; 2-tăiere bipolară, 3-coagulare bipolară), p.3 Br. Funcție de autotestare obligatoriu, da, p.3;8 Br. Canal de ieșire independentă , Da, p.3;8 Br. Indicatoare acustic, da, p.8 Br. Vizual Da, p.3;8 Br. Control volum sunet,da in dependenta de regim, p.8 Br. Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, 2,5 metri- 2 buc., Inclus in NP/A, p.13 Br. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., Model: NP/A , p.13 Br. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu 3 metri- 2 buc., Model: MPE/CMS, p.13 Br. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., Model: E1, p.13 Br. Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc., Model: PMC/R , p.13, Br.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului	Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, 3 metri 1 buc., Model: CPB/E, p.13 Br. Pedală dublă 1 buc., Model: 1 DS/E, p.13 Br.	
33100 000-1	31	Electrocoagulator	EXCELL 400 MCDSe	Italia	Alsa	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu Cod 280250 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu, Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 440 KHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 350 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 350 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 140 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare ,Da Canal de ieșire independentă ,DA Indicatoare acustic vizual, Da Control volum sunet Da Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri - 2 buc., Inclus în NP/A	DM000051754

						Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului Troliu Să se indice modelul oferit Mobil pe 4 roți obligatoriu Minim 2 roți cu frână obligatoriu Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu	Electrod neutru reutilizabil, tip adult - 2 buc., NP/A Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri - 2 buc., MPE/CMS Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., E1 Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil -1 buc., PMC/R Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri -1 buc CPB/E. Pedală dublă -1 buc., DS/E Troliu H23/SE, Da Mobil pe 4 roți, Da Minim 2 roți cu frână , Da sertar/coș/poliță pentru accesorii Da, 1 sertar Mîner pentru transportare Da	
331000 00-1	36	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) 140140	Vivax “Core”,	Polonia	Infimed	Electrohidraulică obligatoriu Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 30 cm Trendelemburg ≥ 30 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 30 grade Secțiile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 25 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim)	OT-02-522+OT-02-6XX Da, Electrohidraulica, p.4 Brosura (Br.) Da, 210 cm, p.16, Br. Da, 560 mm, p.16 Br. Da, 730-1080mm, p.16 Br. Da, 350mm, p.16 Br. Da, + 40 gr, p.16 Br. Da, -40 gr, p.16 Br Da, (OT-02-522+OT-02-06(Extra charge for 6 serction tabletop)) Da, +/- 30 gr, p.16 Br Da, de la +85 la -45 gr, p.6 Br Da, de la +25 pana la -90gr, P.6 Br. Da, Detasabila, p.9 Br Da, Divizata, p.9 Br. Da, +/- 45 gr, p.16, p.16 Br. Da, 250 gr., p.16 Br. Da, p.7 Br.	DM000303247

						Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență obligatoriu Accesibilitatea brațului C obligatoriu Mărimea casetelor minim 35x43 cm Așezarea de bază mobilă Rotile obligatoriu Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip hidraulic sau electrohidraulica Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări Telecomandă obligatoriu Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă obligatoriu Accesorii suport cot 2 unit., să se indice codul produsului suport umăr 2 unit., să se indice codul produsului suport picioare 2 unit., să se indice codul produsului suport torace 2 unit., să se indice codul produsului suport mână (decubit lateral) 1 unit., să se indice codul produsului stand pentru perfuzie 1 unit., să se indice codul produsului curea pentru fixarea corpului 1 unit., să se indice codul produsului suport pentru ecran de anestezie 1 unit., să se indice codul produsului	Da, p.7 Br. Da, p.7 Br. Da, p.7 Br. Da, p.4 Br. Da, 4x125 mm p.4 Br. Da, p.4 Br. Da, p.4 Br. Da, p.9 Br. Da, p.9 Br. Da, p.8 Br. Da, p.16 Br. Da, 65 manipulări, p.16 Br. Da, P.8 Br. Da, p.9 Br. Da, p.8 Br. , Da EB-05 -2 un, p.23, Br. Da, EB-07 -2 un, p.23 Br. Da, ES-21-2 un, p.25 Br. Da, ES-12,-2 un p.25 Br. Da, EB-04, p.23 Br. Da, EB-11, p.23 Br. Da, ES-03, p.24 Br. Da, EB-09, p.23 Br.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**