

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele

Numărul licitației: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1743775757975 din 25 aprilie 2025									
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 (REPETAT)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	
33100 000-1	10	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	MONARCH III "D" CARTRIDGE	USA	Alcon	cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI	cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI	8065977763; DM000002499
33100 000-1	11	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	CHANDELIER,25 GA,W/RFID	USA	Alcon	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	8065751577; DM000324160
33100 000-1	18	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	EXPRESS GLAUCOMA FILTRATION	USA	Alcon	Implant oftalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 µm, diametrul extern 0,4mm;	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului, steril Acrysof Cataract Total catalog p.66	24053;DM000654153
33100 000-1	21	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System	Assy, Ship, Anterior UltraVit 23 GA, 5000 CPM	USA	Alcon	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 23GA;	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 23GA;	8065751561;DM000337041
33100 000-1	24	Cristalin multifocal toric (S forma).	Cristalin multifocal toric (S forma).	Lentila SN6ATx	USA	Alcon	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm., Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.0. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm., Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerintele tehnice expuse mai sus	DM0000015xxx

33100 000-1	28	Cristalin multifocal, toric	Cristalin multifocal, toric	Lentila i/o TFNT20-60	USA	Alcon	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D	DM00039068x
----------------	----	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----	-------	--	--	-------------