

Analizator biochimic automat cu modul ISE		
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
- Analizator automat destinat analizelor biochimice	sistem deschis de reactivi	da
Sistem analitic automat cu calculator integrat	procesor, monitor, tastatura + mouse	da
Modul ISE inclus	da	da
Tip de lucru continuu	da	da
Tip sistem deschis random acces	da	da
Capacitatea (teste/oră)	450 (teste fotometrice)	600tests/h(with ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor urgente	da	da
Tipul dispozitivului staționar	da	da
Tip probă Ser și plasma urină sînge integru CSF (lichid cefalo-rahidian)	da	da
Efectuarea testului electrolytic CO2	da	da
Tip diluare automat	da	da
Sistem de spălare total automat	cuvă, ac, sistem de dozare	da
Program control al calității	da	da
Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu încălzire pentru probe cu termostat	37 grade C	da
Cuvă pentru probe reutilizabil	10,000 cicluri posibile de reutilizare	da
Regimuri de măsurare	Cinetic, Mono și bi-cromatic	da
Imunoturbidimetric	da	da
Controlul cantității de reagent rămas	da	da
Semnalizare lipsă reagent și probă	da	da
Sistemul de dozare	Reagenții	da
Utilizarea a minim 2 metodici	mono și bireagent	da
Volumul reagentului programabil	cu pasul 1 μl	0.5μL
Sistemul de dozare	Cu sensor de obstacol	da
Alimentarea	220 V, 50 Hz	da