

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1632990878458	Data: 11 oct 2021, 10:00 - 1 nov 2021, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Consumabile, piese de schimb și accesorii pentru aparataj medical	Lot: 11-15	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	NR. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8		
331000 00-1	11	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N6,5	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N6,5	RIMZP-65	Polonia	Zarys	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N6,5, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N6,5, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință.	CE/ISO
331000 00-1	12	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N7	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N7	RIMZP-70	Polonia	Zarys	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N7, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N7, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință.	CE/ISO
331000 00-1	13	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N7,5	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N7,5	RIMZP-75	Polonia	Zarys	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N7,5, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N7,5, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință.	CE/ISO
331000 00-1	14	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N8	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N8	RIMZP-80	Polonia	Zarys	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N8, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N8, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință.	CE/ISO
331000 00-1	15	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N8,5	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N8,5	RIMZP-85	Polonia	Zarys	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N8,5, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE	Sondă tub endotraheal cu balon și mandren (conductor) N8,5, non toxic, radiopac, steril, armat de unică folosință.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**