

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21038989					Data: 06 mai 2021	Alternativa nr.: nu sunt	
Denumirea licitației: servicii de reparative si intretinere a echipametelor medicale					Lot: 1	Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
50421000-2	Sistem radiografie universal, complet digital Brivo DR-F p/u	Brivo DR-F	Franta	GE Healthcare	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; - performanta imaginii; - auto calibrarea; - lubrifierea suportului principal; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate.	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; - performanta imaginii; - auto calibrarea; - lubrifierea suportului principal; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate.	-

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service"SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65