

Specificații tehnică							
Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1678398660803 / 21075474 din 10.03.2023							
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb p/u 2023 (REPETAT)							
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 2						
2.1.	Masina de spalat instrumente STELCO DC600	DC600	Italia	Steelco S.p.a.	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 orei	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 orei	n/a
	Lotul 3						
3.1.	Autoclav Nuve 100	Nuve 100	Turcia	NUVE	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 orei	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 orei	n/a

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Beșirik Inga

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed- Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2