



**Institutul Național de Metrologie**  
National Institute of Metrology

**Certificat de Etalonare**  
Calibration Certificate

**Numărul certificatului:** MD 10 3.4 - 690/2022  
*Certificate number*

**Obiectul etalonat:** Termometrul digital tip LYOTEMP  
*Item calibrated* Nr. R42956, Madgetech

**Beneficiar:** S.C. Balkan Pharmaceutical S.R.L.  
*Customer* Republica Moldova, or. Sîngera, str. Industrială, nr. 7/A

**Comanda număr:** 586/2022  
*Order Number*

**Data etalonării:** 04.07.2022  
*Date of calibration*

**Număr de pagini:** 2  
*Number of pages*

**Metoda de etalonare:** Comparare directă conform  
*Method of calibration* PE-3.4/04 "Etalonarea termometrelor digitale"

*Toate măsurările sunt trasabile la unitățile SI, care sunt reproduse de etaloanele naționale ale Institutelor Naționale de Metrologie. Certificatul respectiv poate fi reprodus doar integral. Orice publicare sau reproducere parțială a conținutului certificatului este posibilă doar cu acordul în scris al INM.*

*All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMIs. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of INM.*

**Șef Direcție Metrologie Aplicată**  
*Head of Applied Metrology Department*

Constantin BORDIANU  
*Numele / Name*

Data eliberării 05.07.2022  
*Date of issue*

**Ștampila**  
*Seal*



**Etalonarea s-a efectuat cu:** Termometru electronic CHUB-E4, model 1529, Nr. A61077  
*Calibration is performed by using of* Certificat de etalonare Nr. MD 10 3.3 - 166/2020, emis de INM, Moldova  
Termometru cu rezistență din platină, model 5698, Nr. 985062  
Certificat de etalonare Nr. MD 10 3.4 - 195/2022, emis de INM, Moldova

**Condiții de etalonare:** Temperatura / Temperature 23,86 ± 2 °C  
*Calibration conditions* Umiditatea / Humidity 64,2 ± 5 %  
Presiunea / Pressure 1011,5 ± 10 hPa

**Locul efectuării etalonării:** Institutul Național de Metrologie, Laboratorul Mărimi Termice și Umiditate  
*Calibration site* Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Eugen Coca, nr. 28

**Rezultatele etalonării:** Raport de etalonare Nr. 690 - 3.4/2022  
*Calibration results*

Rezultatele măsurării temperaturii

Temperatura de referință, °C	Valoarea indicată, °C	Corecția, °C	Incertitudinea extinsă, °C
-30,0	-30,3	0,3	0,13
-35,0	-35,2	0,2	
-40,0	-40,1	0,1	
-45,0	-45,2	0,2	
-50,0	-50,1	0,1	

*Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95 % pentru distribuția normală. Evaluarea incertitudinii a fost efectuată în conformitate cu „Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare” (GUM). Standardul național echivalent cu GUM este SM ISO/IEC Ghid 98-3:2017.*

*The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor k=2 corresponding to a confidence interval of approximately 95 % assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” (GUM). The national standard equivalent with GUM is SM ISO/IEC Ghid 98-3:2017.*

**Informații adiționale:**

**Executant etalonare:** Șef laborator, Grigore BUZUC  
*Person performing the calibration* funcția și numele/ function and name

semnătura/signature

**Încheierea certificatului de etalonare**  
*End calibration certificate*