

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1699973763158 din 14 noiembrie 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (paturi multifuncționale pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot: 1 Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140402	MCARE CL	Turcia	Mespa	<p>Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții)cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții</p> <p>Tip pacient adult</p> <p>Controlul pacientului tip: Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</p> <p>Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg</p>	<p>S1. Da, pat MCARE CL motorizat pentru secțiile de ATI si reanimare (conform extras manual de utilizare pag.14)</p> <p>S2. Da, pat MCARE CL multifuncțional cu 8 pozitii (conform extras broșura pag.1)</p> <p>S3. Da, pat MCARE CL destinat pentru pacienti adulti (conform extras manual de utilizare pag.14)</p> <p>S4. Da, pat MCARE CL ce dispune de panou de control pacient cu butoane insotite de simboluri grafice (conform extras manual de utilizare pag.40)</p> <p>S5. Da, pat MCARE CL ce dispune de urmatoarele functionalitati: pozitionare sedentara, pozitionare Trendelenburg si</p>	ISO, CE

				<p>poziționare anti-Trendelenburg</p> <p>Poziționare: Trendelenburg <math>\geq 16</math> grade Anti-trendelenburg <math>\geq 16</math> grade</p> <p>Poziționare CPR electric (auto-CPR)</p> <p>Spătarul reglabil <math>\geq 70</math> grade</p> <p>Cântar încorporat</p> <p>Înclinarea laterală (stânga, dreapta) minim 15°/ 15°</p> <p>Controlul de către asistentă: Blocarea control pacient</p> <p>Greutatea maximă admisă de încărcare: Cu etichetă pe pat <math>\geq 250</math> kg</p>	<p>poziționare anti-Trendelenburg (conform extras broșura pag.1)</p> <p>S6. Da, pat MCARE CL ce dispune de poziționare Trendelenburg și Anti-trendelenburg în intervalul de <math>\pm 16^\circ</math> (conform extras manual de utilizare pag.19, 23)</p> <p>S7. Da, pat MCARE CL ce dispune de poziționare electrică CPR (conform extras manual de utilizare pag.38)</p> <p>S8. Da, pat MCARE CL ce dispune de spatar reglabil în intervalul de 0-70° (conform extras manual de utilizare pag.23)</p> <p>S9. Da, pat MCARE CL configurat cu cântar încorporat (conform extras manual de utilizare pag. 42)</p> <p>S10. Da, pat MCARE CL ce dispune de înclinare laterală la stânga și la dreapta în intervalul de 15° (conform extras manual de utilizare pag.19, 20)</p> <p>S11. Da, pat MCARE CL configurat cu panou de control pentru asistentă ce dispune de funcția de blocare a controlului de către pacient (conform extras manual de utilizare pag.35)</p> <p>S12. Da, greutate maximă admisă de încărcare pentru patul MCARE CL este de 250 kg. Aceasta informație se regăsește enunțată pe o etichetă aflată pe rama patului (conform extras manual de utilizare pag.8, 10, 23)</p> <p>S13. Superior, pat MCARE CL de dispune de înălțime ajustabilă în intervalul 44-82 cm (conform extras manual de utilizare pag.23)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm</p> <p>Rotile Diametru <math>\geq 12.5</math> cm</p> <p>Sistem de blocare: central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție</p> <p>Parapete de protecție laterale</p> <p>Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic <math>\geq 43 \times 43</math> cm</p> <p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică baterie inclusă</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii</p> <p>Saltele lavabile ortopedică husă cu fermoar</p>	<p>S14. Da, pat MCARE CL ce dispune de roți cu diametrul de 12.5 cm (conform extras manual de utilizare pag.23)</p> <p>S15. Da, pat MCARE CL ce dispune de sistem centralizat de blocare a tuturor roților și de sistem de blocare a roților într-o singură direcție (conform extras manual de utilizare pag.21)</p> <p>S16. Da, pat MCARE CL de dispune de parapete laterale de protecție în toate cele 4 colturi (conform extras broșura pag.1)</p> <p>S17. Superior, pat MCARE CL de dispune în secțiunea spate de cadru pentru caseta radiologica. Aceasta caseta are dimensiunile de 43x53 cm (conform extras manual de utilizare pag.50)</p> <p>S18. Da, pat MCARE CL configurat cu baterie ce ajută la reglare părților importante în cazul unei lipse de energie electrică (conform extras broșura pag.1)</p> <p>S19. Da, alimentarea patului MCARE CL se face în intervalul 100-240 VAC la 50-60 Hz (conform extras manual de utilizare pag.24)</p> <p>S20. Superior, comenzile de reglare pe înălțime a patului MCARE CL se efectuează de la panoul de control (conform extras manual de utilizare pag.39)</p> <p>S21. Da, pat MCARE CL ce dispune de saltea lavabilă, ortopedică, dotat cu husă cu fermoar (conform extras broșura saltea pag.1-2)</p> <p>S22. Superior, pat MCARE CL ce dispune de stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime. Aceasta se poate plasa în unul din cele 4 colturi</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime	ale patului (conform extras manual de utilizare pag.51)	
<b>Lot 2</b> Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140401	MCARE K	Turcia	Mespa	<p>Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții)Cod 140401 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții</p> <p>Tip pacient adult</p> <p>Controlul pacientului tip: Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</p> <p>Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg</p> <p>Poziționare: Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade</p> <p>Poziționare CPR electric (auto-CPR)</p> <p>Spătarul reglabil ≥ 70 grade</p>	<p>S1. Da, pat MCARE K motorizat pentru secțiile de ATI și reanimare (conform extras manual de utilizare pag.10)</p> <p>S2. Da, pat MCARE K multifuncțional cu 8 pozitii (conform extras broșura pag.1)</p> <p>S3. Da, pat MCARE K destinat pentru pacienti adulti (conform extras manual de utilizare pag.10)</p> <p>S4. Da, pat MCARE K ce dispune de panou de control pacient cu butoane insotite de simboluri grafice (conform extras manual de utilizare pag.27)</p> <p>S5. Da, pat MCARE K ce dispune de urmatoarele functionalitati: pozitionare sedentara, pozitionare Trendelenburg si pozitionare anti-Trendelenburg (conform extras broșura pag.1)</p> <p>S6. Da, pat MCARE K ce dispune de pozitionare Trendelenburg si pozitionare Anti-trendelenburg in intervalul 0-16° (conform extras broșura pag.2)</p> <p>S7. Da, pat MCARE K ce dispune de pozitionare electrica CPR (conform extras manual de utilizare pag.25)</p> <p>S8. Da, pat MCARE K ce dispune de spatat reglabil in intervalul de 0-70° (conform extras broșura pag.2)</p>	<p>ISO, CE</p> <p>AMDM: Nr. DM000560 515</p>

				<p>Cântar încorporat</p> <p>Înclinarea laterală (stânga, dreapta) opțional</p> <p>Controlul de către asistentă: Blocarea control pacient</p> <p>Greutatea maximă admisă de încărcare: Cu etichetă pe pat <math>\geq 250</math> kg</p> <p>Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm</p> <p>Rotile Diametru <math>\geq 12.5</math> cm</p> <p>Sistem de blocare: central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție</p> <p>Parapete de protecție laterale</p> <p>Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic <math>\geq 43 \times 43</math> cm</p>	<p>S9. Da, pat MCARE K configurat cu cantar încorporat (conform extras manual de utilizare pag.10)</p> <p>S10. Da, pat MCARE K ce dispune, ca si optional, de inclinare laterala la stanga si dreapta (conform extras manual de utilizare pag.17)</p> <p>S11. Da, pat MCARE K configurat cu panou de control pentru asistenta. Acesta dispune de functia de blocare a controlului de catre pacient (conform extras manual de utilizare pag.23)</p> <p>S12. Da, greutate maxima admisa de incarcare pentru patul MCARE K este de 250 kg. Informatie ce se regaseste enuntata pe o eticheta, aflata pe rama patului (conform extras manual de utilizare pag.4, 6 si extras brosură pag.2)</p> <p>S13. Superior, pat MCARE K ce dispune de inaltime ajustabila in intervalul 44-82 cm (conform extras brosură pag.2)</p> <p>S14. Da, pat MCARE K ce dispune de roti cu diametrul de 12.5 cm (conform extras brosură pag.2)</p> <p>S15. Da, pat MCARE K ce dispune de sistem centralizat de blocare a tuturor rotilor si de sistem de blocare a rotilor intr-o singura directie (conform extras manual de utilizare pag.37)</p> <p>S16. Da, pat MCARE K ce dispune de parapete laterale de protecție in toate cele 4 colturi (conform extras brosură pag.1)</p> <p>S17. Superior, pat MCARE K ce dispune in sectiunea spatelui de cadru pentru caseta radiologica. Aceasta caseta are dimensiunile de</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică baterie inclusă</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Saltele lavabile ortopedică husă cu fermoar</p> <p>Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime</p>	<p>43x53 cm (conform extras manual de utilizare pag.50)</p> <p>S18. Da, pat MCARE K configurat cu baterie ce ajuta la reglare părților importante în cazul unei lipse de energie electrica (conform extras brosură pag.1)</p> <p>S19. Da, alimentarea patului MCARE K se face in intervalul 100-240 VAC la 50-60 Hz (conform extras brosură pag.2)</p> <p>S20. Da, pat MCARE K ce dispune de saltea lavabila, ortopedica, cu husa cu fermoar (conform extras brosură saltea pag.1-2)</p> <p>S21. Da, pat MCARE K ce dispune de stativ pentru infuzie cu ajustare pe inaltime. Aceasta se poate plasa in unul din cele 4 colturi ale patului (conform extras brosură pag.1)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele: Grecu Mihnea Ioan  
În calitate de: Administrator  
Ofertantul: X-Lab Solutions SRL  
Adresa: str. Negreșteni 9 ap.(of.) 11