

Specificatii tehnice (F4.1)

IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu"

Numărul procedurii de achiziție: 21021221						Data: 18.03. - 23.03.2020	Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		4	5	6	7	8
33696500-0	Tromboplastina -Li cu substanta activa lichida , teste /HELENA	PT Lichid	Italia	BEN	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	Tromboplastina -Li cu substanta activa lichida , teste CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , reagent lichid gata de lucru, cu activitatea 11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	ISO, CE.
33696500-0	Set p/u determinarea fibrinogenului Claus, set	Fibrinogen Clauss	Italia	BEN	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste	Set p/u determinarea fibrinogenului Claus, set CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat, set 18 ml pentru 360 teste	ISO, CE.
33696500-0	Control normal helena , fl	Coagulation Normal Control	Italia	BEN	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Control normal, fl CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	ISO, CE.
33696500-0	Control patologic helena , fl	Coagulation Abormal Control	Italia	BEN	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	Control patologic, fl CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	ISO, CE.
33696500-0	Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen	Coagulation Calibrator	Italia	BEN	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Miorita, 5