

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643109068484 din: 5 febr 2022, 15:13 - 16 febr 2022, 19:12

Obiectul achiziției: Dezinfectanți

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
33600000-6	Lot 2//Dezinfectarea și curățarea enzimatică a instrumentelor medicale, inclusiv opticele endoscopice	Proteazone	Italia	Cantel	<p>Acțiunea dezinfectantului: Bactericidă EN 13727, EN 14561, Virucidă EN 14476 Fungicidă EN 14562. La necesitate se vor solicita testările de laborator. Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. *Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. *Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. *Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau original confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Cerințe tehnice: Substanța activă: săruri cuaternare, complex enzimatic (minim 3 enzime), produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, pH neutru în diluție, ambalaj-≤ 5 litri dotat cu pompă de dozare.Termen de valabilitate a produsului nu mai puțin de 2 ani. Expoziția ≤ 5 min. Se va prezenta catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>Acțiunea dezinfectantului: Bactericidă EN 13727, EN 14561, Virucidă EN 14476 Fungicidă EN 14562. La necesitate se vor solicita testările de laborator. Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. *Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. *Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. *Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau original confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Cerințe tehnice: Substanța activă: săruri cuaternare, complex enzimatic (minim 3 enzime), produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, pH neutru în diluție, ambalaj-≤ 5 litri dotat cu pompă de dozare.Termen de valabilitate a produsului nu mai puțin de 2 ani. Expoziția ≤ 5 min. Se va prezenta catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 4 enzime + surfactanți Conform broșurii anexate</p>	CE/ISO
33600000-6	Lot 4// Detergent/D/reprocesarea	CETD	Germania	Ecolab/Olympus	*Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;	*Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;	CE/ISO

	automata a endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de reprocesare Olympus)				<p>*Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.</p> <p>*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau original confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Cerințe tehnice: Produs concentrat lichid, ≤5% nonioniic surfactanți, ≤5% anionic surfactanți, ≤5% NTA, enzyme, inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexar. Produs gata de utilizat, compatibil pentru dispozitivele JICA.</p> <p>Ambalaj: canistră 5 litri ≤5 litri sigilat de la producător. Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani. Se va prezenta catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>*Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.</p> <p>*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>*Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau original confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Cerințe tehnice: Produs concentrat lichid, ≤5% nonioniic surfactanți, ≤5% anionic surfactanți, ≤5% NTA, enzyme, inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexar. Produs gata de utilizat, compatibil pentru dispozitivele JICA.</p> <p>Ambalaj: canistră 5 litri ≤5 litri sigilat de la producător. Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani. Se va prezenta catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p align="center">Conform broșurii anexate</p>	
33600000-6	Lot 5//Dezinfectia D/ reprocesarea automata a endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de reprocesare Olympus)	DETD	Germania	Ecolab/Olympus	<p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă, sporicidă. La necesitate se vor solicita testările de laborator. Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.</p> <p>*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau original confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Cerințe tehnice: ambalaj 5 litri, sigilat de la producător. Produs lichid, gata de utilizare, inhibitor de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare, compatibile/recomandat pentru dispozitivele JICA. Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani. Se va prezenta catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă, sporicidă. La necesitate se vor solicita testările de laborator. Certificări: *Cofirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; *Înregistrarea produsului în Registrul Național al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.</p> <p>*Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, copie, sau original a produsului în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba engleză/rusă și traducerea în limba română la livrare-copia sau original confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>Cerințe tehnice: ambalaj 5 litri, sigilat de la producător. Produs lichid, gata de utilizare, inhibitor de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare, compatibile/recomandat pentru dispozitivele JICA. Termen total de utilizare nu mai puțin de 2 ani. Se va prezenta catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p align="center">Conform broșurii anexate</p>	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**
 Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**