

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul licitației	ocds-b3wdp1-MD-1587553682029 din 29.05.2020
Denumirea licitației	Sondă endovaginală

Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii:						
1	Sondă endovaginală	Endovaginal port	<i>China</i>	<i>Vinno Technology</i>	Compatibilă cu USG E35 Vinno International A.F. 2019 China Termen de garanție 12 luni Frecvența de lucru 4-9 MHz Livrarea și instalarea la următoarea adresă: Centrul Consultativ Diagnostic – mun.Chișinău, str.Dacia 5/2 b	Compatibilă cu USG E35 Vinno International A.F. 2019 China Termen de garanție 12 luni Frecvența de lucru 4-9 MHz Livrarea și instalarea la următoarea adresă: Centrul Consultativ Diagnostic – mun.Chișinău, str.Dacia 5/2 b	ISO, CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Tatiana Valiuh** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FPC”Decebal Impex”SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ismail 100/2, of. 44**