

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751012400982								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea utilajului medical (repetat)								
Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Sănătate Publică								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
5	33100000-1	Termometru cu lichid (fără mercur) (pentru controlul frigiderilor)	TC-7M1 (-30+100C)	Ucraina	Steclopribor	Termometru cu lichid (fără mercur) pentru controlul frigiderilor. Diapazon cuprinde temperaturi mai sus și mai jos de 0°C (ex. -40°C-+30°C). Protejat cu plastic Diviziunea de măsurare: 1 °C sau 0,5°C Buletin de verificare metrologică Termen de garanție min. 12 luni din momentul livrării	Termometru cu lichid (fără mercur) pentru controlul frigiderilor. Diapazon cuprinde temperaturi mai sus și mai jos de 0°C (ex. -30°C-+100°C). Protejat cu plastic da Diviziunea de măsurare: 1 °C Buletin de verificare metrologică da Termen de garanție min. 12 luni din momentul livrării da	ISO, Declaratia de conformitate
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								