

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1721984213049 din 29.08.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea endoprotezelor și endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat2)

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 28.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea endoprotezelor și endoprotezelor articulare modulare oncologice
pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor conform necesităților
instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat2)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1721984213049 din 29.08.2024

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de
27.12.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 28.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1721984213049 din 29.08.2024			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea endoprotezelor și endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat2)			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Tija humerală	38210001 AGILON® metaphyseal component trauma 135° incl. safety screw 38412008 AGILON® stem cemented Ø9/120mm 38412008 AGILON® stem cemented Ø8/120mm 38412010 AGILON® stem cemented Ø10/120mm 38412012 AGILON® stem cemented Ø12/120mm 38512009 AGILON® stem cementless Ø9/120mm 38512010 AGILON® stem cementless Ø10/120mm 38512011 AGILON® stem cementless Ø11/120mm 38512012 AGILON® stem cementless Ø12/120mm 38512013 AGILON® stem cementless Ø13/120mm 38512014 AGILON® stem cementless Ø14/120mm 38512015 AGILON® stem cementless Ø15/120mm 38512016 AGILON® stem cementless Ø16/120mm 38518009 AGILON® stem cementless Ø9/180mm 38518010 AGILON® stem cementless Ø10/180mm 38518011 AGILON® stem cementless Ø11/180mm 38518012 AGILON® stem cementless Ø12/180mm 38518013 AGILON® stem cementless Ø13/180mm 38518014 AGILON® stem cementless Ø14/180mm 38518015 AGILON® stem cementless Ø15/180mm 38518016 AGILON® stem cementless Ø16/180mm 38524009 AGILON® stem cementless Ø9/240mm 38524010 AGILON® stem cementless Ø10/240mm 38524011 AGILON® stem cementless Ø11/240mm 38524012 AGILON® stem cementless Ø12/240mm 38524013 AGILON® stem cementless Ø13/240mm 38524014 AGILON® stem cementless Ø14/240mm 38524015 AGILON® stem cementless Ø15/240mm 38524016 AGILON® stem cementless Ø16/240mm 38210022 AGILON® screw M6/22.5mm 38210030 AGILON® screw M6/30mm 38210032 AGILON® screw M6/32.5mm 38210037 AGILON® screw M6/37.5mm 38210040 AGILON® screw M6/40mm 38210075 AGILON® extension piece 7.5mm 38210100 AGILON® extension piece 10mm 38210125 AGILON® extension piece 12.5mm 38210150 AGILON® extension piece 15mm 38210175 AGILON® extension piece 17.5mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° - sa poata fi utilizata atit pentru implantare cimentata, cit si necimentata / sau componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară din titan, cu unghi de 135 ° și tijă humerală (cimentată din aliaj CoCr/CoCrMo și necimentată din titan) - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distala - diametre minim 4 si lungimi de la 120 mm inclusiv - con Morse inversat / sau designul (constructia) conului sa fie potrivita care sa permita o buna expunere glenei - aripioara laterala prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura mediala cu acelasi scop - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tija humerală - componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară din titan, cu unghi de 135 ° și tijă humerală (cimentată din aliaj CoCrMo și necimentată din titan) = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 7, fig 2 (8b, 10a, 10b), pag 6, pag 23. - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distala = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 26 - diametre minim 4 = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 42, 43 (8 diametre pentru tija necimentata - pag 42 si 4 diametre pentru tija cimentata - pag 43 si lungimi de la 120 mm inclusiv = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 42,43, - designul (constructia) conului este potrivita care permite o buna expunere glenei = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5. - aripioara laterala prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 16, fig 16-17; gaura mediala cu acelasi scop = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 16, fig 16-17. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf;	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000662983, DM000662914, DM000662915, DM000662916, DM000662917, DM000662937, DM000662938, DM000662939, DM000662940, DM000662941, DM000662942, DM000662943, DM000662944, DM000662945, DM000662946, DM000662947, DM000662948, DM000662949, DM000662950, DM000662951, DM000662952, DM000662953, DM000662954, DM000662955, DM000662956, DM000662957, DM000662958, DM000662959, DM000662960, DM000662961, DM000662962, DM000662963, DM000662964, DM000662965, DM000662966, DM000662967, DM000662968, DM000662969, DM000662970, DM000662971, DM000662972, DM000662973, DM000662974, DM000662976, DM000662977, DM000662978, DM000662979, DM000662980, DM000662981, DM000662982, DM000662983, DM000662984
1.2		Capul humeral	38004414 AGILON® cap Ø44/14mm 38004417 AGILON® cap Ø44/17mm 38004420 AGILON® cap Ø44/20mm 38004714 AGILON® cap Ø47/14mm 38004717 AGILON® cap Ø47/17mm 38004720 AGILON® cap Ø47/20mm 38005014 AGILON® cap Ø50/14mm 38005017 AGILON® cap Ø50/17mm 38005020 AGILON® cap Ø50/20mm 38005314 AGILON® cap Ø53/14mm 38005317 AGILON® cap Ø53/17mm 38005320 AGILON® cap Ø53/20mm 38224414 AGILON® CTA cap Ø44/14mm 38224417 AGILON® CTA cap Ø44/17mm 38224420 AGILON® CTA cap Ø44/20mm 38224714 AGILON® CTA cap Ø47/14mm 38224717 AGILON® CTA cap Ø47/17mm 38224720 AGILON® CTA cap Ø47/20mm 38225014 AGILON® CTA cap Ø50/14mm 38225017 AGILON® CTA cap Ø50/17mm 38225020 AGILON® CTA cap Ø50/20mm 38225314 AGILON® CTA cap Ø53/14mm 38225317 AGILON® CTA cap Ø53/17mm 38225320 AGILON® CTA cap Ø53/20mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Capul humeral - livrabil atit in varianta centrata (cu conul Morse in centru) cit si in varianta excentrica (cu conul Morse excentric) - din otel inox/titan/otel nitrojenat/otel CoCr, CoCrMo/ ceramica , cu suprafata polisata - cuplarea cu tija humerala cu con Morse / sau cu componentă humerală modulară cu designul (constructia) conului potrivita - disponibile in diametre de 40±1 -54±1 mm si 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46±1 - 50±1 Cerinte obligatorii: -posibilitatea de a realize toate tipurile de artroplastie de umar (hemiarthroplastie, proteza totala anatomica cimentata si ne cimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Capul humeral - livrabil atit in varianta centrata (cu conul Morse in centru) =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 11 cit si in varianta excentrica (cu conul Morse excentric) =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 10 - din titan =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 23, cu suprafata polisata =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 10, fig 3, pag 11 fig 6 - cuplarea cu componentă humerală modulară cu designul (constructia) conului potrivita = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5. - disponibile in diametre de 41-53 mm si 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 47-50 = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 28. (Cerinte obligatorii: - posibilitatea de a realize toate tipurile de artroplastie de umar (hemiarthroplastie, proteza totala anatomica cimentata si ne cimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5, fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf;	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000662961, DM000662962, DM000662963, DM000662964, DM000662965, DM000662966, DM000662967, DM000662968, DM000662969, DM000662970, DM000662971, DM000662972, DM000662973, DM000662974, DM000662976, DM000662977, DM000662978, DM000662979, DM000662980, DM000662981, DM000662982, DM000662983, DM000662984

1.3	Set de instrumente gratuit în folosință	79993831 AGILON® basic container 79993832 AGILON® drill container 79993833 AGILON® trial stem container 79993819 AGILON® CTA trial cap container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului = AGILON Trauma ST	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661541 DM000661542 DM000661543 DM000661546
1.4	Motor oscilant si reamer în custodie	NS-1511, Surgical Oscillating Saw ND-3511 Reamer	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. RUIJIN_motor_oscilant_reamer	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000691189 DM000691183
1.5	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310, Oscillating saw blade	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant = lame.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000431017
2.1	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Tija humerala	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Tija humerala - să poată fi utilizata atât pentru implantare cimentata, cât și necimentata sau componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară și tijă humerală (cimentată și necimentată) - unghi de 135°, - material de confecționat pentru tija necimentată cât și cimentată, titan, în cazul componentei humerale modulare: tija necimentată- titan, tija cimentată – CoCr/CoCeMo, componentă metafizară titan. - tija humerală/ partea metafizară – sablată în regiunea metafizară, lisă în porțiunea distală - minim 4 diametre ale tijei humerale; - lungimi de la 120 inclusiv, - minim 2 orificii pentru reinserția elementelor anatomice. Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tija humerala - componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară și tijă humerală (cimentată și necimentată) = Product Description _AGILON_Rev.2, pag 7, fig 2 (8b, 10a, 10b) - unghi de 135° = Product Description _AGILON_Rev.2, pag 6, - material de confecționare în cazul componentei humerale modulare: tija necimentată- titan = Product Description _AGILON_Rev.2 pag 23, tija cimentată – CoCrMo= Product Description _AGILON_Rev.2 pag 23, componentă metafizară titan = Product Description _AGILON_Rev.2 pag 23. - tija humerală/ partea metafizară – sablată în regiunea metafizară, lisă în porțiunea distală= Product Description _AGILON_Rev.2 pag 26 - minim 4 diametre ale tijei humerale = Product Description _AGILON_Rev.2 pag 42, 43 (8 diametre pentru tija necimentata - pag 42 si 4 diametre pentru tija cimentata - pag 43); - lungimi de la 120 inclusiv = Product Description _AGILON_Rev.2 pag 42, 43. - 3 orificii pentru reinserția elementelor anatomice = Product Description _AGILON_Rev.2 pag 16, fig 17 (3 orificii). Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description _AGILON_Rev.2 pag 5, fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM00062893 DM00062914 DM00062915 DM00062916 DM00062917 DM00062937 DM00062938 DM00062939 DM00062940 DM00062941 DM00062942 DM00062943 DM00062944 DM00062945 DM00062946 DM00062947 DM00062948 DM00062949 DM00062950 DM00062951 DM00062952 DM00062953 DM00062954 DM00062955 DM00062956 DM00062957 DM00062958 DM00062959 DM00062960 DM00062961 DM00062962 DM00062963 DM00062964 DM00062965

2.2	Glenosfera	38032836 38032840 38032844 38033236 38033240 38033244 AGILON® PE-glenosphere	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Cuplul de frecare va fi asigurată între glenosferă din metal (oțel inox) și insert humeral (confectionat din polietilenă UHWPE) sau glenosferă din polietilenă UHWPE și cupă humerală din metal (titan), Glenosferă – disponibilă în minim 3 diametre. Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totală - anatomică cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facilă intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteză în parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cuplul de frecare va fi asigurat între glenosferă din polietilenă UHWPE și cupă humerală din metal (titan) = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 7, fig 2 (punctele 12, 13) și pag 23. Glenosferă – disponibilă în 3 diametre = AGILON Trauma ST, pag. 34 Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totală - anatomică cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facilă intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteză în parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5 fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000732890 DM000732891 DM000732892 DM000732893 DM000732894 DM000732895
2.3	Baza glenoidala	38004009 38004010 38004028 38004029 AGILON® glenoid cementless anatomical 38004001 Glenoid cementless	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Baza glenoidala - din titan; minim 2 mărimi. Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totală - anatomică cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facilă intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteză în parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Baza glenoidala - din titan =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 23; 5 mărimi =AGILON Trauma ST. pag 34. Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totală - anatomică cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facilă intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteză în parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5, fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000732875 DM000732876 DM000732873 DM000732874 DM000732870

2.4	Componenta de frecare cu glenosfera	38013600 AGILON® cap inverse Ø36mm S 38013605 AGILON® cap inverse Ø36mm M 38013610 AGILON® cap inverse Ø36mm L 38014000 AGILON® cap inverse Ø40mm S 38014005 AGILON® cap inverse Ø40mm M 38014010 AGILON® cap inverse Ø40mm L 38014400 AGILON® cap inverse Ø44mm S 38014405 AGILON® cap inverse Ø44mm M 38014410 AGILON® cap inverse Ø44mm L 38015600 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm S 38015605 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm M 38015610 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm L 38016000 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm S 38016005 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm M 38016010 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm L 38016400 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm S 38016405 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm M 38016410 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm L	Germania	IMPLANTCAST GMBH	componenta de frecare cu glenosfera: insert humeral sau cupa humerala cu minimum 3 dimensiuni pentru fiecare diametru (minimum 3 diametre). cerințe obligatorii : posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata și necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	componenta de frecare cu glenosfera: cupa humerala cu 3 dimensiuni pentru fiecare diametru (3 diametre) =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 30, table 8, pag 31 si pag 32 table 9. cerințe obligatorii : posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata și necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5 fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000662985 DM000662986 DM000662987 DM000662988 DM000662989 DM000662990 DM000662991 DM000662992 DM000662993 DM000662994 DM000662995 DM000662996 DM000662997 DM000662998 DM000662999 DM000663000 DM000663001 DM000663002
2.5	Șuruburi pentru baza glenoidala	57944220 cancellous screw angle stable Ø4.2 /20mm 57944222 cancellous screw angle stable Ø4.2 /22mm 57944224 cancellous screw angle stable Ø4.2 /24mm 57944226 cancellous screw angle stable Ø4.2 /26mm 57944228 cancellous screw angle stable Ø4.2 /28mm 57944230 cancellous screw angle stable Ø4.2 /30mm 57944232 cancellous screw angle stable Ø4.2 /32mm 57944234 cancellous screw angle stable Ø4.2 /34mm 57944236 cancellous screw angle stable Ø4.2 /36mm 57944238 cancellous screw angle stable Ø4.2 /38mm 57944240 cancellous screw angle stable Ø4.2 /40mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Șuruburi pentru baza glenoidala - Minim 5 dimensiuni; Diametrul 4,0-6,0 mm; - Confectionate din titan. CERINTE OBLIGATORII : - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Șuruburi pentru baza glenoidala - 11 dimensiuni = AGILON Trauma ST, pag 34; - Diametrul 4,2 mm = AGILON Trauma ST, pag 34; - Confectionate din titan = AGILON Trauma ST, pag 34. CERINTE OBLIGATORII : - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5 fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000661563 DM000661564 DM000661565 DM000661566 DM000661567 DM000661568 DM000661569 DM000661570 DM000661571 DM000661572 DM000661573
2.6	Setul de instrumente oferit	79993831 AGILON® basic container 79993832 AGILON® drill container 79993833 AGILON® trial stem container 79993819 AGILON® CTA trial cap container 79993822 AGILON® retentive inverse trial cap container 79993836 AGILON® glenoid cemented sz. 2-4 container 79993837 AGILON® glenoid cementless sz. 2-4 container 79993838 AGILON® glenoid cementless inverse sz. 2-4 container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. AGILON Trauma ST.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000661541 DM000661542 DM000661543 DM000661546 DM000661547 DM000661548 DM000661549 DM000661550

2.7	Motor oscilant	NS-1511, Surgical Oscillating Saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. = RUIJIN_motor_oscilant_reamer	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000691189
2.8	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310, Oscillating saw blade	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant = lame.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000431017
3.1	Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității	Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Endoproteză individuală oncologică modulară de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei., Confectionată din aliaj de CoCr/TiN, cu sau fără acoperire adițională cu HA, cu suprafața sablata sau poroasă - cimentată / necimentata. Configurația stîngă/dreapta. Componenta humerală distală sa fie disponibilă în minim 2 tipodimensiuni. Tijele de extensie humerale necimentate - sa aibă secțiunea transversală hexagonală pentru o stabilitatea mecanică eficientă, cu minim 6 aripiare longitudinale pentru o fixare press-fit mai buna. Sa fie disponibile cu 11 diametre de la 7 mm la 17 mm. Optional sa prezinte găuri de ancorare pe extrema cu șuruburi. Tijele de extensie humerale cimentate - sa aibă minim 3 șanțuri longitudinale, disponibile în minim 3 lungimi de la 75 mm la 150 mm și 9 diametre de la 8 mm la 16 mm. Piesa de extensie pentru ajustarea lungimii, minim 3 dimensiuni (20-60 mm), cu increment de 20 mm. Componenta ulnară sa fie disponibilă în minim 2 tipodimensiuni, cu substituția blocului proximal ulnar sau prin ancorare osoasă în ulna. Conectivitatea cu blocul humeral sa fie asigurată printr-un mecanism de tip balama. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a humerusului cu substituirea articulației umărului prin îndepărtarea tijei și aplicarea unui component-adaptor. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Termen restant al sterilizării la momentul livrării nu mai mic de 3 ani. -	Endoproteză individuală oncologică modulară de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei = Confectionată din aliaj de CoCr = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System, PP-13266_MDR_EN. Confectionată din aliaj de CoCr = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 25, cu sau fara acoperire adițională cu HA = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 29, cu suprafața sablata = cimentata = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 29 si poroasa =necimentata = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 29. Configurația stîngă/dreapta = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 43, 44. Componenta humerală distală este disponibilă în 2 tipodimensiuni = 30mm, 50 mm =Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 52-53. Tijele de extensie humerale necimentate - au secțiunea transversală hexagonală pentru o stabilitate mecanică eficientă = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 15, cu 8 aripiare longitudinale pentru o fixare press-fit mai buna = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 15. Sunt disponibile cu 11 diametre de la 7 mm la 17 mm = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 46. Opțional prezintă găuri de ancorare pe extrema cu șuruburi = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 15. Tijele de extensie humerale cimentate - au 3 șanțuri longitudinale = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 14, disponibile în 3 lungimi de la 75 mm la 150 mm și 9 diametre de la 8 mm la 16 mm = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 42-43. Piesa de extensie pentru ajustarea lungimii e disponibilă în 3 dimensiuni (20-60 mm), cu increment de 20 mm = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 50-51. Componenta ulnară e disponibilă în 2 tipodimensiuni, cu substituția blocului proximal ulnar sau prin ancorare osoasă în ulna = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 54, 20-21. Conectivitatea cu blocul humeral este asigurată printr-un mecanism de tip balama = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 20-21. Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a humerusului cu substituirea articulației umărului prin îndepărtarea tijei și aplicarea unui component = adaptor = Documentul Product Description, MUTARS Humerus System pag 6-7. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Termen restant al sterilizării la momentul livrării nu mai mic de 3 ani =Sterile.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000690762 DM000690903 DM000690917 DM000690918 DM000690919 DM000690920 DM000690925 DM000690926 DM000690927 DM000690928 DM000690929 DM000690930 DM000690931 DM000690932 DM000690933 DM000690934 DM000690935 DM000690936 DM000690937 DM000690938 DM000690939 DM000690940 DM000690941 DM000690942 DM000690943 DM000690944 DM000690945 DM000690946 DM000690947 DM000690948 DM000690949 DM000690950 DM000690951 DM000690952 DM000690953 DM000690954 DM000690955 DM000690956 DM000690957 DM000690958 DM000690959 DM000690960 DM000690961 DM000690962 DM000690963 DM000690964 DM000690965 DM000690966 DM000690967 DM000690968 DM000690969 DM000690970 DM000690971 DM000690972 DM000690973 DM000690974 DM000690975 DM000690976 DM000690977 DM000690978 DM000690979 DM000690980 DM000690981 DM000690982 DM000690983 DM000690984 DM000690985 DM000690986 DM000690987 DM000690988 DM000690989 DM000690990 DM000690991 DM000690992 DM000690993 DM000690994 DM000690995 DM000690996 DM000690997 DM000690998 DM000690999 DM000700000
3.2	Set de instrumente gratuit în folosință	79995200 MUTARS® humerus container 79995203 MUTARS® Distal Humerus 30mm M6 Long Fit Container 79995208 MUTARS® distal humerus 30mm for M6 container 79995202 MUTARS® humerus trial container 79995205 MUTARS® proximal ulna container 79995150 MUTARS® Distal Humerus Container 79993833 AGILON® trial stem container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. = Documentele: MUTARS Prox. Ulna ST, MUTARS® Distal Humerus 30 mm ST EN, MUTARS® Distal Humerus 50 mm ST EN.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000689134 DM000689137 DM000689140 DM000689136 DM000689139 DM000689131 DM000689100

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1721984213049 din 29.08.2024							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea endoprotezelor și endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat2)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Tija humerală	bucată	10	42 500.00	42 500.00	425 000.00	425 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
1.2		Capul humeral	bucată	10	34 200.00	34 200.00	342 000.00	342 000.00		33100000-1	-	-
1.3		Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	1	-	-	-	-		33100000-1	-	-
1.4		Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	2	-	-	-	-		33100000-1	-	-
1.5		Lame pentru motor oscilant	bucată	2	-	-	-	-		33100000-1	-	-
Total Lot							767 000.00	767 000.00				
2.1		Tija humerala	bucată	20	37 000.00	37 000.00	740 000.00	740 000.00		33100000-1	-	-

2.2	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Glenosfera	bucată	20	4 400.00	4 400.00	88 000.00	88 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
2.3		Baza glenoidala	bucată	20	14 100.00	14 100.00	282 000.00	282 000.00		33100000-1	-	-
2.4		Componenta de frecare cu glenosfera	bucată	20	11 250.00	11 250.00	225 000.00	225 000.00		33100000-1	-	-
2.5		Șuruburi pentru baza glenoidala	bucată	45	1 000.00	1 000.00	45 000.00	45 000.00		33100000-1	-	-
2.6		Setul de instrumente oferit	bucată	1	-	-	-	-		33100000-1	-	-
2.7		Motor oscilant	bucată	1	-	-	-	-		33100000-1	-	-
2.8		Lame pentru motor oscilant	bucată	2	-	-	-	-		33100000-1	-	-
Total Lot							1 380 000.00	1 380 000.00				
3.1	Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității	Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității	set	2	250 000.00	250 000.00	500 000.00	500 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

3.2	Set de instrumente gratuit în folosință	set	-	-	-	-	33100000-1	-	-
Total Lot					500 000.00	500 000.00			
TOTAL Oferta					2 647 000.00	2 647 000.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1721984213049 din 29.08.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul restant al sterilizării este nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
- Eșantioanele (mostrele) vor fi prezentate în 2 exemplare, în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta o listă a mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora, însoțită de o scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioanele (mostrele) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
- Vom asigura tot spectrul de marimi ale protezelor pina la epuizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii necesare si siguranta actului chirurgical.
- Înlocuirea implantelor utilizate se va efectua în maxim 72 de ore.
- Vom prezenta studii clinice și statistice din registre internaționale - legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite).
- În cazul unor implantate noi, vom asigura instruire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific).
- Vom asigura posibilitatea furnizării unor implantate in minim de timp posibil in cazul aparitiei unor situatii neprevazute intraoperator
- Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor fi de la un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare și restrictorul pentru canal femoral).
- Produsele sunt înregistrate la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, în coloana „Standarde de Referință”.

Data completării: 28.08.2024

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator
S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)