

Specificații tehniceNumărul procedurii de achiziție nr. **21313536/ ocds-b3wdp1-MD-1732099027691** din **20.12.2024**Obiectul achiziției: **Reagenți de laborator(sistem închis) pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 5 Reagenți și materiale de control , la Analizatorul automat p\u hemostaza HELENA C-1 / SISTEM ÎNCHIS						
Tromboplastină cu activ. 11-14 s .și ISI	5267L	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flacon 5 ml tromboplastina liofilizata sau lichida	Flacon 10 ml tromboplastina lichida cu clorura de calciu	ISO, CE
Plasma de control nivel patologic nivel H,1 HELENA	5183	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.	Flacon 1 ml trombin liofilizat.	
Plasma de control nivel normal Helena	5186	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.	Flacon 1 ml trombin liofilizat.	ISO, CE
Plasma de control nivel patologic B 1, HELENA	5187	Marea Britanie	Helena Biosc.	Flaconul sa contina 1 ml trombin liofilizat sau lichid.	Flacon 1 ml trombin liofilizat.	ISO, CE
Cuvettes Single 500 Pieces.Helena	C-101v	Marea Britanie	Helena Biosc.	Cuvettes Single 500 Pieces.	Single Cuvettes (Voucher) set/500 buc. Compatibile cu coagulametrul C-1	ISO, CE
Fibrinogen Claus100, 5376, Helena	5376	Marea Britanie	Helena Biosc.	Setul sa contina Flaconul 2 ml trombin liofilizat sau lichid.	Metoda de determinare: Cronometrică după Clauss. Set: 5x2,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer, 2x5 ml Kaolin Suspension 0.5 g/L Bufer Imidazol includ în set.	ISO, CE
Calibrator Plazma (5504R) – necesar la instalarea echipamentului	5504R	Marea Britanie	Helena Biosc.	Calibrator Plazma (5504R) – necesar la instalarea echipamentului	(4 x 1ml) PT Calibrant Plasma (lyophilised)	ISO, CE
Lot 7 Printer mecanism pentru STAT – FAX 1904	Printer w mounting, 019014	SUA	Awareness Tech.	Specific p\u STAT-FAX 1904	Specific p\u STAT-FAX 1904	ISO, CE
Lot 8 Tastiera p\u STAT-FAX 1904	183354	SUA	Awareness Tech.	Specific p\u STAT-FAX 1904	Specific p\u STAT-FAX 1904	ISO, CE
Lot 9 Lampa pentru STAT-FAX 1904	Lampa 10 W 6V G4	SUA	Awareness Tehnology	Lampa pentru STAT-FAX 1904	Lampa 10 W 6V G4 pentru Stat Fax 1904	ISO

Lot 10 Lampa pentru Microscop	Lampa p-u microscop, 20W6V	Germania	Osram	Lampa pentru Microscop	Lampa p-u microscop, 20W6V	ISO
Lot 11 Specificații standard pentru investigații imunologice la hepatite						
HBs Ag ELISA	HBsAg One Ultra, 96 teste, SAG1ULTRA.CE.96	Italia	DiaPro	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA (Fiecare godeu sa fie detasabil	Cerințe generale* + Notă ** în set incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA (Fiecare godeu va fi detasabil)	ISO, CE
HCV ELISA	HCV Ab 96 teste, CVAB.CE.96	Italia	DiaPro	Cerințe generale* + Notă ** de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA (Fiecare godeu sa fie detasabil	Cerințe generale* + Notă ** în set incluși, în afară de controlul "+"și"- calibratori. Metoda ELISA (Fiecare godeu va fi detasabil)	ISO, CE
Lot 12 HbsAg-S-cart	I091-4002	China	Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.	Test rapid.	Test rapid -25 teste/set	ISO
Lot 13 HCV-S-cart	I097-4002	China	Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.	Test rapid.	Test rapid-25 teste/set	ISO
Lot 21 Taimer	10853	Italia	Aptaca	Taimer	Taimer electronic, are un afișaj cu 4 cifre de până la 19 ore și 59 de minute	ISO
Lot 22 Termohirtie p\u Stat Fax 1904	8629	Italia	Ceracarta	Termohirtie p\u Stat Fax 1904	Termohirtie p\u Stat Fax 1904, 57x21	ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2